

SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Smear firçasının uzunluğu yaklaşık 20-25cm olmalıdır.
- 2)Fırça kılı sık oblik ve esnek ve rimel tıplı olmalıdır.
- 3)Fırçanın uç kısmında travma olmayı engelleyen minik topuz olmalıdır
- 4)Fırçanın killı bölümünün uzunluğu 2-2.5cm uzunlığında oblik 10-15 adet kıl bölümleri olmalıdır.
- 5)Fırçanın sap ve killı bölümü esnek olmalıdır.
- 6) Uygulamada maksimum kültür alması için temas uçları ortada en uzun, kenarlarına doğru simetrik olarak iki yönlü kısalan fırça şeklinde olmalıdır.
- 7)Smear firçasının uç ve sap kısmı birbirinden ayrılabilir olmalıdır.
- 8)Üretim ve son kullanma tarihi poşetin üzerinde yazılı olmalıdır.

Prof.Dr.R.Onur KARABAĞAK
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkan
Dip. No:2898 Dip. Tesc. No:U1521

Dr. Öğr. Üyesi Erhan DEMIRDAG
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Dip. No:105745 Dip. Tesc. No:138036