



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 12064

Döküm Tarihi : 26/04/2021 10:11:00

İstem Tarihi : 26/04/2021

Bölüm Adı : Mikrobiyoloji Laboratuvarı Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J07-072414

HELICOBACTERİ PYLORİ AG TESTİ GAİTADA.

**Dışkıda Helicobacter pylori Antijeni Şartnamesi**

1. Dışkıda Helicobacter pylori antijen saptama kiti hızlı immünokromatografik strip test yöntemi ile çalışmalıdır.
2. Basit bir ekstraksiyon protokolüne sahip olmalıdır.
3. Ekstraksiyon için gerekli tüm reaktifler kitin içerisinde bulunmalıdır.
4. Kit içerisinde pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir. İçermiyor ise firma tarafından ayrıca teğmin edilmelidir.
5. Kısa sürede sonuçlanmalı, santrifugasyon işlemine ihtiyaç duymamalıdır.
6. Kitin üretildiği ülkelerdeki yetkili kurum tarafından onaylanmış, tanı amacıyla kullanılabilirliğini kanıtlayan ve üretildiği ülkede de kullanıldığını gösteren belge olması gerekmektedir.
7. Hastanemiz tarafından gerçekleştirilen kimyasal ve tehlikeli madde/malzeme alımı ihalelerine teklif verecek olan istekliler, teklif verdikleri kimyasal ve tehlikeli madde/malzemeye ilişkin (eğer tehlikeli madde/malzeme içeriyorsa) üretici firma tarafından düzenlenmiş olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) bulundurmamak zorunda olup, MSDS belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (MSDS) kimyasal ve tehlikeli madde/malzeme teslimi sırasında idaremiz deposuna teslim edecek olup, MSDS belgesi olmayan kimyasal ve tehlikeli madde/malzemeler ise teslim alınmayacaktır.
- 9.

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Kayhan ÇAĞLAR  
G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu  
Dip. No: 89AA060

ONAYLAYAN