



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 9093
İstem Tarihi : 27/05/2020
Bölüm Adı : K.B.B. Polikliniği Stoğu

Döküm Tarihi : 27/05/2020 10:41:00

Malzeme Kodu : J01-010138
Malzeme Adı : ABR ELEKTRODU (ÇIT ÇITLI)

ABR Elektrot
Teknik Şartnamesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kliniğimizde kullanılan klinik ABR cihazlarına % 100 uyumlu olmalıdır.
2. Pakette 3 adet elektrot olmalıdır.
3. Elektrotlar kendinden yapışkanlı ve yapışkanlık yüzeyi çok yüksek olmalıdır.
4. Elektrotların hasta cildine yapışan yüzü hidrojel yapıda olmalıdır.
5. Elektrotlar disposable (tek kullanımlık) ve **çıt çitli** olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
7. Elektrotlar orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Bir Elektrotlar yüz ergonomisine uygun olmalıdır.
8. Elektrotlar köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
9. Bölüm onayı mutlaka alınmalıdır.
10. Boyutları 34*23+-1 mm ebatında olmalıdır

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Uzm.Ody.Gözde ÇABUK
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
K.B.B. A.B.D. Odyoloji B.D.
Dip.No. 85 Dip.Tes.No. 002671

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
K.B.B. A.B.D Odyoloji B.D.
Uzm.Ody.Elçin ORÇAN /
Dip No: 932

Öğr.Gör.Dr. Elçin ORÇAN

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi