

GÖZ YIKAMA (DUŞU) SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A) Nötralizasyon Şişesi - J01-016413

1. Göz duşu en az 200 ml pet şişelerde sıvı halde ve steril olmalıdır.
2. Göz duşu solüsyonu tıbbi laboratuvarlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Göz duşu solüsyon şişesinin üzerinde ergonomik göz yıkama kapağı (göz yuvasına uygun özel tasarımı kapağı) bulunmalıdır.
4. Göze uygulandığında gözün Ph derecesini bozmamalıdır.
5. Asit, baz ve alkali sıçramalarında kullanılacak özelliklerde olmalıdır.
6. Uygulandıktan kısa bir süre sonra gözü nötralize etme özelliği olmalıdır.
7. Tek göz kullanım özelliğinde olmalıdır.
8. Üründen kaynaklı aksaklıklar oluştuğunda firmalar hatalı çıkan ürünleri 1 ay içerisinde yenisi ile değiştirmelidir.
9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Son kullanma tarihi şişe üzerinde olmalıdır.
11. Göz duşlarının en az 2 yıl Raf Ömrü olmalıdır.
12. Teslim alınan ürünün üretim tarihi, teslim tarihini 6 aydan fazla geçmemiş olmalıdır.
13. Kullanılmamış olan ürünlerin ,son kullanma tarihinden en az 2 ay önceden temin eden firmaya bilgi verilmek suretiyle ücretsiz olarak yenileri ile değişimi yapılabilir olmalıdır. (Bu madde temin eden firma adına taahhüt niteliği taşımaktadır)
14. Bu şartnameyi, ürünü temin eden firma tarafından okunmuş ve kabul etmiş sayılır.

B) Yıkama Şişesi - J01-018319

1. Göz duşu en az 500 ml pet şişelerde sıvı halde ve steril olmalıdır.
2. Göz duşu solüsyonu tıbbi laboratuvarlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. % 0,9 sodyum klorür içermelidir.
4. Göz duşu solüsyon şişesinin üzerinde ergonomik göz yıkama kapağı (göz yuvasına uygun özel tasarımı kapağı) bulunmalıdır.
5. Göze uygulandığında gözün Ph derecesini bozmamalıdır.
6. Toz, kir, talaş, metal parçaları gibi basit yabancı cisimlere karşı göze ilk yardım solüsyonu olarak kullanılabilirdir.
7. Tek göz kullanım özelliğinde olmalıdır.
8. Üründen kaynaklı aksaklıklar oluştuğunda firmalar hatalı çıkan ürünleri 1 ay içerisinde yenisi ile değiştirmelidir.
9. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
10. Son kullanma tarihi şişe üzerinde olmalıdır.
11. Göz duşlarının en az 2 yıl Raf Ömrü olmalıdır.
12. Teslim alınan ürünün üretim tarihi, teslim tarihini 6 aydan fazla geçmemiş olmalıdır.
13. Kullanılmamış olan ürünler son kullanma tarihinden en az 2 ay önceden temin eden firmaya bilgi verilmek suretiyle ücretsiz olarak yenileri ile değişimi yapılabilir olmalıdır. (Bu madde temin eden firma adına taahhüt niteliği taşımaktadır)
14. Bu şartnameyi, ürünü temin eden firma tarafından okunmuş ve kabul etmiş sayılır.