

TRANSKUTAN MONİTÖRÜ KARBONDİOKSİT PROBU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek karbondioksit probu Radiometer marka TCM4 model transkutan monitörüne uyumlu olacaktır.
- 2- Karbondioksit probunun referans numarası 945-737 olacaktır.
- 3- Karbondioksit probu yenidoğan bebekler için olacaktır.
- 4- En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- 5- Teslim edilecek karbondioksit probu orijinal olacaktır.
- 6- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 7- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 8- Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 9- İstekliler tarafından teklif edilen karbondioksit probuna ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
- 10- İstekliler tarafından teklif edilen karbondioksit probu ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
- 11- Yüklenici karbondioksit probunu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 12- Yüklenici tarafından teslim edilen karbondioksit probu 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
- 13- Yüklenici karbondioksit probunun sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer ÖZBİRÖK
Tekniker

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZALAN
Teknisyeni