

**KARL STORZ MARKA 0° OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 26033AP katalog numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratu yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



Kaan KOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni



Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

**KARL STORZ MARKA 0° OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 736711 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirata yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

  
**Kaan KOÇ**  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

  
**Mehmet UÇAR**  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

**KARL STORZ MARKA 30<sup>0</sup> OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 10910V seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirati yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

  
Kaan KOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

  
Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

**KARL STORZ MARKA 0<sup>0</sup> OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 721474 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirati yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



Kaan KOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni



Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

**LUT MARKA 70<sup>0</sup> OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan LUT marka 440710 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirati yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

  
Kaan KOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

  
Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

**KARL STORZ MARKA 0<sup>0</sup> OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan Karl Storz marka 7210AWA katalog numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamirâtı yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

  
Kaan KOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

  
Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

**LUT MARKA 0<sup>0</sup> OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan LUT marka 519348 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratu yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.



Kaan KOÇ  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyen



Mehmet UÇAR  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknikeri

**ARTHREX MARKA 30° OPTİK LENS TAMİRİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İstekli hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılan ARTHREX marka 185812 seri numaralı optik lensin tamiri için teklif vereceklerdir.
2. Teklif verecek istekliler, optik lensin arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine verecektir.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Optik lens çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
5. Tamiratu yapılan optik lens için en az 1 yıl tamir garanti verilecektir.
6. Teklif veren istekli bünyesinde çalışan en az bir biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikeri olacak; isteklinin bünyesinde çalıştığına dair SGK Bildirgesini (teklif verdiği aydan önceki son aya ait) ve bu mühendis veya teknikerin diploması teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
7. Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 11/2/2019 tarihinde yayınlanan 2019/1 Genelgesi gereğince, istekli tutanak ile teslim edilen malzemeleri tamir veya bakımını yapacak ve kendi bünyesinde bulunan biyomedikal, elektrik – elektronik veya makine mühendisi veya teknikerin ÜTS'ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte idaremize verilecektir.
8. Cihaz yükleniciye bir tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici bu teslim tarihinden sonraki 30 (otuz) iş günü içinde teslim aldığı cihazı tamir etmiş ve çalışır vaziyette Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine tutanak ile teslim edecektir.
9. Cihazın tamiri esnasında çıkan parçalar Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.

  
Kaan KOÇ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni

  
Mehmet UÇAR

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Biyomedikal Teknisyeni