

OTOSKOP SPEKULUMU ŞARTNAMESİ

- 1-) SERVİSTE KULLANILAN OTOSKOP BAŞLIĞINA UYGUN OLMALI
- 2-) DİSPOSABLE OLMALI
- 3-) BOYU: 3 VE 4 NUMARA OLMALI
- 4-) DUVARA MONTE EDİLEBİLEN DİSPENSER SPEKULUM İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR

Uzm. Dr. Songül TOMAR GÜNEYSU
Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. AD./Çocuk Acil BD.
Dip. Tes. No: 137939

Doç. Dr. Oğuşan DERİNİZ GÜLERYÜZ
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. AD./ÇOCUK ACİL B.D.
Diploma No: 2520
Dip. Tes. No: 108064
Lizn. Tes. No: 118692