

TÜP NAZODUEDONAL BESLENME NO:12 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Tüple beslenmede ideal kabul edilen poliüretan yapısında (irritasyon\kontaminasyon riski minimum,sindirim sıvılarına dayanıklı,ince çeperli) olmalıdır.
- 2)Steril tekli pakette olmalıdır.
- 3)Uzun dönem(6-8 hafta) kullanıma uygun olmalıdır.
- 4)İçerisinde klavuz tel bulunmalıdır .
- 5). Bütün tüp boylu boyunca radyoopak olmalı ve radyografi ile görüntülenebilmelidir
- 6)110 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 7)Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı ve en az 2 adet yan delik bulunmalıdır.
- 8)20.40.60.80. cm lerde seviye çizgileri bulunmalıdır.
- 9)Distal uçta pıhtılaşmayı engellemek amaçlı birkaç çıkış deliği bulunmalıdır.
- 10)Uç kısmında kapaklı dişi bağlantı olmalıdır.
- 11)Uç kısımdaki bağlantıda Y konnektör olmalı ve bir tarafı dişi bağlantı diğer tarafı normal uçlu enjektör ile uyumlu olmalıdır.
- 11)Her pakette burun tespit bandı bulunmalıdır
- 12) 12 frençlik nazoenterik tüp olmalıdır

Prof. Dr. Emre NAZLIEL
T.C. Gazi Üniversitesi
İç Hastalıkları A.D. Yoğun Bakım B.D.
Gözetmen Uzman Dr.
Emre Nazliel

Doç. Dr. Mehmet Ayhan TÜRKÖĞÜLU
T.C. S. U. T. A. Gazi Hastanesi
İÇ HASTALIKLARI A.D./YOĞUN BAKIM B.D.
Diploma No: 98-011-038
Dip. Teschil No: 88958