



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 12/06/2020
Bölüm Adı : Onkoloji Servisi (6.Kat) Stoğu

Döküm Tarihi : 12/06/2020 09:39:00

Malzeme Kodu : J01-019107
Malzeme Adı : RULO POŞET (KEMOTERAPİ ATIK).

- Cihaz ile birlikte kullanılan rulo – poşet tehlikeli atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına uygun yapıda olmalıdır.
- Rulo – poşet güvenli bir şekilde atıkların saklanması 7 gün boyunca sağlamalıdır.
- Rulo – poşet koku , aerosolları ve sıvı atıkları sızdırmamalıdır.
- Rulo – poşet özel ambalajında olup "Z" katlamaları sayesinde işlem devamlılığının kolaylıkla yapılmasını sağlamalıdır.
- Rulo – poşet polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
- Rulo – poşet uluslararası üretim standartlarına göre imal edilmiş ve kalite belgesi ile bu durum belgelendirilmiş olmalıdır.
- Rulo poşetleri veren firma her 150 adet rulo poşet için 1 adet ekte teknik şartnamesi bulunan cihazı rulo poşetler bitene kadar kullanıma sunmayı taahhüt etmelidir.
-

HAZIRLAYANLAR

G.Ü.İ.İ. GAZİ HASTANESİ
Onkoloji Servisi
Klinik Şefi
Yazma Kurulu Üyesi
Özlem YURTAL

Dr. Öğr. A. Gökde TAHTAÇI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İle Hastaneleri A.B.D.
Medikal Onkoloji B.D.
T.C. 126377

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Ahmet ÖZET
T.C. Gazi Üniversitesi
Hastaneleri A.B.D.
Onkoloji Servisi
Dip. No: 83AA054 Dip. No: 33979