



INTRIVAC LISTESI

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıktanasi	Miktar	Birim
1	J01-015242	OR2865 TROKAR 5-11 MM	450	ADET

MEMİŞ ÇOBAN

TEKLİF İSTEM FORMU

Item No/Altı Nö	: 205024-03-1390
İsim	: 1 Kalem Tibbi Matzeme Alimi
Araç İsmi	: Ameliyathane Depoları / Ameliyathane Stogu
Tarih & Saat	: 25/03/2024 17:00:00
İlan Tarihi	: 22/03/2024

- Tekliflerinin yazılı olması, İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, Teklif verilen malzemelerin teslim sureti, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması, TL (Türk Lirası) olalar fiyatı verilip, brim fiyatlarını rakamla ve yazıyla yazılmış, Üzerinde kazıtlı silindi, düzeltme bulunmuştur, Ad soyad veya ticaret unvanı yazmak suretiyle yetkililerin imzalanması, Tercih verilmeyen FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi, Teslim sureti ve onaylısı, İdaremenin kesiş siperisine miteakip teslim sürelerinin teknik mektubunda bildirilmesi, Teslim sureti ve onaylısı, İdaremenin kesiş siperisine miteakip teslim sürelerinin teknik mektubunda bildirilmesi

Nemli 9-Teklif editlen her kalemin UBB Kodu teklife yer alacaktır.
UBB Kodu, T.C. İlaç ve Tibi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu yurtiçi terfi itibarıyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkmış her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB'dan ÜTS'de Sağlıklı Bakımı İçin Tıbbi Uygunluk Teslimat (SÜTT) belgesi sunulması gerekmektedir. Bu tür bir talep, her kalemin /kalemlerinin onaylı olduğu konumunda gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi, konumunda onlaştırılacak. TİTUBB/ÜTS'ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan kalem /kalemlere

İremi 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teknik tarihi itibarıyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi yüklemi gösterir. Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ara Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde

İSTİFA İŞ İZİNİ İHRAZ ETMEYECEK

İRMALAR KENDİ PROFİORMA FATURALARI İLE TEKİF VEREC EKTİR.
İRMALAR VİRGİ NUMARALARINI AÇIKCA BELİRTECEKTİR.
KLİKLE BIRLIKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
DEMİELER MAL MUAYNE KABULUNDEN 180 GÜN İNÇDE YAPILACAKTIR.

U31A.laslanlesat@halmalma.edu.tr

Sayfa 1

J01-015242 OR2865 TROKAR 5-11 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Trokarın dış çapı 11 mm, kılıf uzunluğu 100-110 mm olmalıdır.
4. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak veya delici uç kanüle tam oturarak kullanım imkanı sağlamalıdır.
5. El aletlerinin batına sokulup çıkarılması sırasında, gaz kaçğını önleyen çap düşürücüsü ve ayrı bir valf sistemi bulunmalıdır.
6. Trokar dış contası spesimen alımını kolaylaştırmak için çıkartılabilir ve üzerinde entegre çap düşürücü olmalıdır.
7. Çap düşürücüsü 5mm - 11mm lik el aletleri ile uyumlu olmalıdır.
8. Çap düşürücüsü entegre containın içinde hareketli olmalıdır.
9. Trokar bıçağı lineer bir insizyon bırakmalı, minimum doku travması oluşturmmalıdır.
10. Hızlı aktive olan koruma mekanizması olmalıdır.
11. Koruma mekanizmasını aktive eden kilitleme düğmesi olmalı ya da avuç içine sıkılarak, otomatik aktive edebilmelidir.
12. Desuflasyon sırasında gazın yan tarafa boşalmasını sağlayan vana sistemi olmalıdır.
13. Kanülün ucu batına girişi kolaylaştıracak şekilde açılı olmalıdır.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de; ürünün kullanım kolaylığı, teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

Ebru GÜMÜŞ KARABELİ
Ameliyataane Birim
Sorumlusu

Dr. Serhat GETİN