



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 2060924-03-1395
Konu : Pediatri Hemato-Onko Servisi için 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : Servis Depoları / Pediatri Hemato-Onko Servisi Şoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 26/03/2024 17:00:00
İlan Tarihi : 22/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numaraları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4- TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması.
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
- 6- Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7- Teklif verilmeyeceksé FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklife yer alacaktır.
UBB Kodu: T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı 'TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı, taraftan onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir . Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatmalima@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M. Kodu	Malzeme Adı/Kısmı	Miktar	Birim
1	S-013435	GR1285KV1237/NF1003 KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, ERİŞKİN / HEPARİN KAPLI (3/1/1)	5	ADET

Mennîş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.ihsis.gazi.edu.tr
Şartname Eklî Dosyada Sunulmaktadır.

HEMODİYALİZ KATETERİ, TÜNELLİ SİLİKON 12,5F

SMT Temel İşlevi:	1. Hemodiyaliz ve diğer extracorporeal işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak amacı ile İnternal Jugular vene, subclavian vene ve femoral vene uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	2. Kateter yetişkin veya pediatrik için; Silikon materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır. 3. Diyaliz kateteri 12,5F ve 23 cm olmalıdır. (Malzeme alt tanımlarında kateterin uç kısmından cuff'a kadar olan kısmın uzunluk bilgisi yer almaktadır). Kateterin juguler, femoral, subclavian bölgeler için uygun ölçüleri bulunmalıdır. 4. Kateter basamak uçlu olmalıdır. 5. Kateterin gövde tipi düz olmalıdır. 6. Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacı ile bir adet biyo uyumlu cuff bulunmalıdır. 7. Kateterin daha kolay kullanımı için dolun volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir. İki lümenli kateter üzerinde klemler bulunmalı ve kateter konnektörleri arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renk kodlu olmalıdır. 8. Kateterinin bulunduğu kit içinde; 10F ve 12F 2 adet dilatör, 1 adet 0,038" x 70cm Nitinol Klavuz Tel, 1 adet metal veya sert plastik künt uçlu şekillendirilebilir tunneltool (trokar), 1 adet 14F kilitleme mekanizması olan peelawaysheath (bu özelliği ile hava embolisi ve kan sızıntısı riskini minimize etmelidir), 1 adet Enjektör, 1 adet Neşter, 1 adet giriş iğnesi, Kateter Sabitleme Bandı, 2 adet luer-lock koruma kapağı bulunmalıdır.
Teknik Özellikleri:	9. Kateterler ,resirkülasyonu önleyici özellikte olmalıdır. 10. Kateterin döndürülebilen veya sabit dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır. 11. Kateterin yuvarlaklığı veya oval yapısı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır. 12. Kateter üzerinde, kateter uzunluğunca radyo-opak şerit olmalıdır.

Dr. İsmail KIRAZI KAYALI
Dip. No: 124143

Deniz ALGİN
Ped. Onkolojik Hastalıklar
Sorumlu Uzmanı

Genel Hükümler:	<p>13. Kateter kiti üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren bilgilendirme broşürü veya formu bulunmalıdır. Kateter set halinde steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.</p> <p>14. Kateter alkol veya iyot tabanlı dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir.</p>
------------------------	--

Deniz YALÇIN
Ped. Ork. Temsilcisi
S. Sorumlu
T.C. Sağlık Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı