



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

11.11.2019

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 42036  
Düzenleme Tarihi :

KOD : J01-011419 /  
MALZEME ADI : YEŞİL İĞNE UCU 21G.

1. İğneler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. İğnenin ucu çarpık tırtıklı olmamalıdır.
2. İğneler teker teker steril paketler halinde 100/250/500/1000 adet ihtiva eden kutularda bulunacaktır.
3. İğnelerin ambalajları ameliyathanelerde kullanıma uygun şekilde yapılmış olmalıdır.
4. Ambalajların üzerinde iğne ucunun numarası, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi, UBB Barkodu, lot numarası, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri açıkça okunabilir şekilde yazmalıdır.
5. İğne ucu kutuları depolanmaya ve taşınmaya uygun olmalı, yırtık, delik, nemlenmiş olmamalı ve seri şekilde hatalı iğne uçları en geç 15 iş günü içinde yenileri ile değiştirilmelidir.
6. Ürünler depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 20 adet numune getirmelidir. Nihai karar numune değerlendirmesi sonucunda verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN