



## AMELİYAT MASASI KOMPOZİT MALZEME ALIMI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzemesi Maquet marka Meera model ameliyat masasına uyumlu olacaktır.
2. İstekliler ameliyat masası kompozit malzemeyi yerinde görüp daire kesilmesi gereken yeri ve ölçüleri tespit etmesi gerekmektedir. Yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.
3. İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzemeye ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
4. İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzeme ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
5. Yüklenici ameliyat masası kompozit malzemeyi idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
6. Yüklenici ameliyat masası kompozit malzemeyi sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

  
İstekliler tarafından teklif edilen ameliyat masası kompozit malzemesi Maquet marka Meera model ameliyat masasına uyumlu olacaktır.

  
İstekliler ameliyat masası kompozit malzemeyi yerinde görüp daire kesilmesi gereken yeri ve ölçüleri tespit etmesi gerekmektedir. Yerinde görüldü formu doldurmayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.