



DEFİBRİLATÖR CİHAZI BATARYA ALIMINI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler tarafından teklif edilecek batarya Nihon Kohden marka TEC-5521K model defibrilatör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- 12 V 2800Ma özelliğinde olacaktır.
- 3- Teklif edilen ürünün CE belgesi olacaktır.
- 4- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 5- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 6- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 7- Teslim edilecek defibrilatör cihazı bataryası orijinal olacaktır.
- 8- Yüklenici defibrilatör cihazı bataryası depoya teslim edilmeden önce, defibrilatör cihazı bataryasının orijinal olduğuna dair belgeyi Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine verecektir.
- 9- Defibrilatör cihazı bataryası ikinci el veya fason olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.
- 10- Üretim tarihinden itibaren 6 Ay geçmemiş olacaktır.


M. Kemal ÇETİNER
Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi
Başkanı


M. Kemal ÇETİNER
Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimi
Başkanı