



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0

Döküm Tarihi : 17/07/2021

İstem Tarihi : 17/07/2021

Bölüm Adı : D.S.Merkez Ambar Stoğu

Malzeme Kodu

Malzeme Adı

J01-011398

OR2710 INSPIROMETRE (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)

- 1.Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
2. Kırılmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 3.İnsprium ve Exprium yapılan aparatın ağız anatomisine uygun olmalıdır.
4. 3 ayrı bölmeli ve 3 renkli top bulunmalıdır.
5. Toplar sırası ile 600 ml/sn ,900 ml/sn , 1200 ml/sn nefes alma süresine göre çalışmalıdır.
6. Bölmelerin üzerinde nefes alma süreleri yazılı olmalıdır.
7. Temizliği kolay maddeden yapılmış olmalı , kolay kırılmamalıdır.
8. TİTUBB ve medulla kaydı bulunmalıdır.SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
9. Ürünün son kullanma tarihi belirtilmelidir.
10. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça veya malzeme hataları vs) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
11. Miadı dolması yaklaşan ürünlerde firma yerine değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
12. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır ve firmalar tarafından en az 1 adet numune getirilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Ayşe ÇAKÇEK
KVGYE Temsilçisi

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Ali Bulut
Kam. Damar Hastalıkları A.B.D
Dip. Tesc. No: 97334-105197