



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0  
İstem Tarihi : 26/07/2021  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 26/07/2021 09:45:00

**Malzeme Kodu** : J01-01C693  
**Malzeme Adı** : OR4970 EKSTERNAL NAZAL SPLİNT (TERMOPLASTİK)

THERMAL EKSTERNAL NAZAL SPLİNT TEKNİK ŞARTNAMESİ(J01-01C693)

- 1- External nazal splint, beyaz termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Kaynayan suya atıldığında istenilen kullanılabilir yumuşaklığa gelmiş olmalıdır.
- 3- Paket içerisinde, 1 adet termoplastik splint, , 1 adet cilt hazırlama mendili (skin prep), 1 adet alkollü mendil, 1 adet arkası yapışkanlı dorsal şerit, kağıt yapışkan bantlar veya steril strip bulunmalıdır.
- 4- Arka yüzeyindeki yapışkan bant kolayca çıkarılabilmelidir.
- 5- Small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır. Small splintin en dar yeri yaklaşık 3.5cm, en geniş yeri yaklaşık 5 mm, kalınlığı 0.2mm olmalıdır. (+/- %5)
- 6- Ürün rahatlıkla görülebilecek şekilde şeffaf,steril, tekli paketlerde 10'luk kutularda bulunmalıdır.
- 7- Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, boyu, LOT numarası, CE işareti, tek kullanımlık oluğu, markası, son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 8- Paket içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.
- 9- Alınan ürün adedinin % 45'si medium, %45'u small, %10'si large boyutunda olmalıdır.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p>Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p> <p>Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÇERKEÇ T.C. G.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadıköy Tıp Fakültesi Hastahane A.B.D. Tıp Fakültesi 15073</p>
---	---



## TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ



İstem No : 0  
İstem Tarihi : 26/07/2021  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 26/07/2021 09:45:00



**Malzeme Kodu** : J01-013042  
**Malzeme Adı** : KB1001 BURUN TAMPONU (BORUSUZ) 8.0

### BORUSUZ MEROCEL BURUN TAMPONU (J01-013042)

1. Ürünler PVA'dan (polivinil asetal) üretilmiş olmalıdır
2. Kolay yerleşim için sıkıştırılmış ve yumuşak olmalıdır.
3. Tampon yüzeyi pürüzsüz ve lifsiz olmalıdır.
4. Tampon sıvı ile temas ettiğinde nazal kaviteyi doldurabilir özellikte olmalıdır.
5. Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir.
6. Boyutları 10x1,5x2 cm (+/-%10) olmalıdır.
7. Tampon dokulara yapışarak tekrar kanama yapmamalıdır.
8. Steril, tek tek paketlenmiş 10-20 adetlik kutularda olmalıdır.
- 9.

<p> Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu</p> <p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p>	<p> Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇELBİ T.C. G.Ü. Gazi Hastanesi Ağız Burun Kulak Hastalıkları Dip. Teş. No: 12562</p> <p><b>ONAYLAYAN</b></p>
---	--

10- Teklif veren firmalar ürün muayenesi için numune gönderecektir.

<p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p> <p> Ebru GÜMÜŞ KARAVELİ Ameliyathane Birim Sorumlusu</p>	<p><b>ONAYLAYAN</b></p> <p> Dr. Öğr. Üyesi T.C. Sağlık Bakanlığı Kalak Burun ve Göz Hastalıkları A.D. Dip. No: 1801-13562</p>
---	--

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



## TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ



İstem No : 0  
İstem Tarihi : 26/07/2021  
Bölüm Adı : Ameliyathane Stoğu

Döküm Tarihi : 26/07/2021 09:46:00

**Malzeme Kodu** : J01-013045  
**Malzeme Adı** : KB1001 BURUN TAMPONU (BORULU) 8.0

### BORULU MEROCEL BURUN TAMPONU (J01-013045)

1. Ürünler PVA'dan (polivinil asetal) üretilmiş olmalıdır
2. Kolay yerleşim için sıkıştırılmış ve yumuşak olmalıdır.
3. Tampon yüzeyi pürüzsüz ve lifsiz olmalıdır.
4. Tampon sıvı ile temas ettiğinde nazal kaviteyi doldurabilir özellikte olmalıdır.
5. Kendi ağırlığının yaklaşık 25 katı kadar sıvı absorbe edebilmelidir.
6. Tampon hava yolu olmalı ve hava yolu %100 tıbbi silikondan olmalıdır.
7. Tampon dokulara yapışarak tekrar kanama yapmamalıdır.
8. Boyutları 8x1,5x2 cm (+/-%10) olmalıdır.
9. Steril, tek tek paketlenmiş 10-20 adetlik kutularda olmalıdır.

 <p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p>	 <p><b>ONAYLAYAN</b></p>
---	---

Hemşire EBRU GÜMÜŞ KARAVELİ  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi