



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No/Alım No : 2082024-04-1660
Konu : 1 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 15/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 05/04/2024

TEKLİF İSTEM FORMU

Sağlık Uygulama ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyac duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması.
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması.
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,siinti, düzeltme bulunmaması.
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
- 7-Teklif verilmeyeceksé FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi.
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip , teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. ilac ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.

***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.

*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.

TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.

ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

1660

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-01E178	NON STERİL MUAYENE EL DİVENİ (PUDRASIZ) (LARGE)	700000	ADET

Memiş COBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ektî Dosyada Sunulmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

J01-01E178 - NON STERİL MUAYENE ELDİVENİ (PUDRASIZ) (LARGE)

1. Eldiven vinilden imal edilmiş, renksiz, kokusuz, esnek ve yumuşak olmalıdır.
2. Eldivenler latex içermemeli, iç yüzeyi pudrasız ve hipoallerjik olmalıdır.
3. Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti olmalı ve giyerken yırtılmamalı, sağ ve sol el farkı olmadan her iki elde de rahatça kullanılabilir olmalıdır.
4. Eldivenin kıvrılmış konç ucu, kaymayı engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.
5. Müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmeli, sıvı geçirgenliği olmamalı, kan teması halinde viral ve bakteriyel bulaşmayı engellemelidir.
6. Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.
7. Eldivenler büyük (large) boyda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.
8. Eldivenler yırtık - delik olmamalı, eldivenlerin yüzeyinde kullanımı negatif etkileyecek çatlak-kabarık ve lekeler bulunmamalıdır.
9. Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermemek amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.
10. Eldivenler boylarına göre farklı renklerdeki ambalajlarda olmalı, kutu üzerinde boyuta ait ibareler rahat görülebilir olmalı ve kutu içerisinden tek tek alınmasına imkan sağlayan delik baskılı bölüm olmalıdır.
11. Eldivenler 50 - 100 adetlik ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır.
12. Ambalaj üzerinde ürünün markası ,numarası, lot numarası, sonkullanma tarihi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri anlaşılır şekilde yazılı olmalıdır.
13. Yerli üretim eldivenler Sağlık Bakanlığında ruhsatlı ve TSE imalat yeterlilik belgesine haiz olmalıdır. İthal eldivenler ise Uluslar arası Standartlardan (CE, ISO veya eşdeğeri) en az birini içermelidir.
14. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası firma/ Bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
15. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeden her boy için en az bir kutu numune teslim etmelidir ve nihai karar numunelerin değerlendirilmesi sonucu verilecektir.



Prof. Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 825 - Dip. No: 6974

