



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20692024-04-1748
Konu : 1 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 22/04/2024 17:00:00 İlan Tarihi : 19/04/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4- TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarını rakamla ve yazıyla yazılması
- 5- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6- Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7- Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine mütadekip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9- Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedatıçı firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalemler/kalemlere ait teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Önemli 10- Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ihaleci, tedatıçı veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaktır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECEKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARINI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIĞA BELİRTMEKTEDİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDAN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA : hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Makodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J01-011945	NAZAL OKSİJEN KANULU (ERİŞKİN)	12000	ADET

Memiş ÇOBAN
HAŞTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :
Teslimat :
Ek :
www.hbis.gazi.edu.tr
Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır

NAZAL OKSİJEN KANÜLÜ (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak ve ergonomik burun girişleri olmalıdır.
2. Kanül deliklerinden eşit olarak oksijen gelmelidir
3. Mukoza kurumasını engelleyen tasarımı olmalıdır.
4. Standart bağlantı konnektörü bulunmalıdır.
5. Yıldız boşluklu tüp hortum ile her durumda oksijeni iletebilme özelliği olmalıdır.
6. 2 metre uzunluğunda tüp şeklinde olmalıdır.
7. Yetişkin boy olmalıdır.
8. Kokusuz ve antialerjik olmalıdır .
9. Hastanın başına göre yukardan ayarlanabilmeli, kendiliğinden açılmamalı, gevşememelidir.
10. kanül ve uzatma hortumunda delik , yırtık, eksiklik ve tıkanıklık gibi üretim özürleri olmamalıdır
11. Kanülün hortum kısmı O2 manometresine giriş yeri uyumlu olmalıdır. Kanülün hortum kısmı O2 manometresine kolayca takılabilir şekilde yumuşak ancak kolaylıkla yerinden çıkmayacak şekilde olmalıdır.
12. CE kalite belgesi olmalıdır.
13. Tek kullanımlık temiz paketlerde olmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve üretim malzemesi yazılı olmalıdır. ambalaj üzerinde sterilizasyon şekli, lot numarası, üretici firma bilgileri, UBB Barkodu, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri açıkça okunabilecek şekilde yazıyor olmalıdır.
14. Her bir malzemenin üzerinde barkot okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.
15. Bağlantı yerleri kolay açılmamalı, bükülme ve kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
16. 5 adet numune değerlendirilecektir

Firdaps GÖT
Aydınlatma ve Enerji Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Prof. Dr. Nuriye ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Tıp Fak.
Hastalıkları A.B.D. Tıbbi Onkoloji B.D.
Tecil No: 90319