



010873-EKG Elektrodu üçlü teknik şartnamesi

- Disposable olmalıdır.
- Üç adet monitör girişi olmalıdır.
- Elektrotların yapışkanları bebeğin cildini tahriş etmemelidir.
- Elektrotların yapışkanları gümüş içermemelidir.
- Ambalajın üzerinde mutlaka CE işareti olmalıdır.
- Neonatal boyda olmalıdır.
- Elektrotların yapışkanları iyi yapışmalıdır.


Diyadin Koculu
G.Ü. Gazı Hastanesi
Yenidoğan Servisi
Sorumlu Hemşiresi


Prof. Dr. İsmail Koculu
T.C. Gazı Üniversitesi
G.Ü. Gazı Hastanesi
Çocuk Servisi
Diyadin Koculu