


T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne

Yürütücüsü bulunduğum TOA-2021-7211 nolu ve "GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE DUYUSAL GİRDİ İŞLEMESİ VE DUYUSAL PLA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA" başlıklı proje kapsamında aşağıdaki satınalma/harcama işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda gereğini arz ederim .


543 374 44 10
Hasan.



Prof. Dr. BÜLENT CENGİZ
Tıp Fakültesi

Proje Başlangıç - Bitiş Tarihi: 29.06.2021 - 29.06.2023
Proje Türü Proje Bütçesi: Öncelikli Alan Araştırma Projesi

Genel Satın Alma Talebi			
SIRANO	MALZEME	MIKTAR	BİRİMİ
1	akselometre	1	Adet
2	ring coil	1	Adet
3	sham coil	1	Adet

06.02.90.01
03.07.10.90


Dr. H. Evren BORAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eğitim Görevlisi
Dip. No: 13916110 - Tes. No: 114116


Öğr. Gör. Dr. Doga VURALLI
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nöroloji AD
Nöroloji ve Ağrı Uzmanı
Dip. No: 07-392-109
Dip. Tes. No: 135534

RİNG COİL ŞARTNAMESİ

1. Neurosoft Marka TMS cihazıyla uyumlu olmalıdır.
2. Kliniğimizde bulunan tms cihazının yazılımı ile uyumlu olmalıdır.
3. Uyarı veren kısmı Ring şeklinde olmalıdır.
4. Yazılım üzerinden gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra istenilen uyarı çeşidini hastaya vermeye uygun olmalıdır.
5. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

PLACEBO(SHAM) COİL ŞARTNAMESİ

1. Neurosoft Marka TMS cihazıyla uyumlu olmalıdır.
2. Kliniğimizde bulunan tms cihazının yazılımı ile uyumlu olmalıdır.
3. Manyetik terapinin seyri, tekrarlanan genliğin olduğu plasebo ile karşılaştırmada kullanılabilir.
4. Kliniğimizde bulunan ve cihaza takılı olan coilin uygulama esnasında uyarı veriyor sesi çıkararak gerçekten uyarı verdiği algısını hastada yaratmalıdır.
5. Yazılım üzerinden gerekli ayarlamaların yapılabilmesine olanak sağlamalıdır.
6. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

Akselerometre Teknik Şartnamesi

1. Neurosof marka EMG cihazı için uyumlu olmalıdır.
2. Tremor çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
3. Eide oluşan titremeleri tespit edebilmelidir.
4. Bileklik şeklinde olmalıdır.
5. Kliniğimizde kullanılmamış malzemeler için teklifte birlikte numune verilmelidir.
6. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

Dr. H. Evren BORAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Eğretim Görevlisi
Diy. No: 13216114-114-114 No: 114116

[Handwritten Signature]

Oğr. Gör. Dr. Doğa VURALLI
T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nöroloji AD
Nöroloji ve Anestezi Uzmanı
Diy. No: 07-392-109
Diy. Tes. No: 135534