

## ANESTEZİ DEVRESİ 2 LT BALONLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Devre PVC yapıda olmalı kesinlikle bükülmemeli (king) ve kırılmamalıdır
- 2- Ekspirasyon-inspirasyon hattı en az 180 cm olmalıdır.
- 3- Balon hattı en az 150 cm olmalıdır.
- 4- Anestezi balonu 2 lt olmalıdır.
- 5- Y konnektörle verilmelidir.
- 6- Entidal karbondioksit bağlanacak şekilde luer portlu L tipi dirsek verilmelidir.
- 7- Ekspirasyon, inspirasyon ve balon hatlarının ucunda mevcut cihazlara uygun universal adaptörler olmalıdır.
- 8- Devre parçaları birleştirilmiş, steril olarak ambalajlanarak teslim edilmelidir.
- 9- Devre oluşturan parçaların uluslararası kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

Dr. Mustafa ANSLA  
T.C. Gaz. Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7716  
T.C. Gaz. Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7061  
48474

Dr. Mustafa ANSLA  
T.C. Gaz. Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7716