

J01-01E613 AN1020 NM EMG ENDOTRAKEAL TÜP NO:7

1. Ürün tek kullanımlı ve steril olmalıdır.
2. Sinir moitorizasyonunda kullanılan bir endotrekeal tüp olmalıdır.
3. Entübasyon tüpü üzerinde sağ ve solda renk kodlarıyla ayrılmış birer çift elektrot bağlı olmalıdır.
4. Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitorizasyonunda kullanılmalıdır.
5. Elektrotlar tüpün üzerinde sabit olmalı sonradan sarılmamalı ve hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır.
6. Setin içinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalıdır.
7. Endotrekeal tüp tek kanallı, spiralsiz olmalıdır.
8. Endotrekeal tüp üzerinde bulunan alıcı kısım, entübasyon sırasında hastaya zarar vermemesi için tüpün üzerine print edilmiş şekilde olmalıdır.
9. Ürünün orijinal barkod numarası olup ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
10. Ürünün çapı 7.0 mm olan seçenekleri bulunmalıdır.
11. Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
13. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve larengeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
14. Her 20 adet tube ile birlikte 1 adet Mosquito Probu verilecektir. Verilen Mosquito Probuun özellikleri
- 14.1. Sinir monitorizasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış ve siniri monopolar olarak stimüle edecek yapıda olmalıdır.
- 14.2. Ürün steril edilerek tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.
- 14.3. Ürün erişim kolaylığı açısından Righ Angle olmalıdır.
- 14.4. Ürün uzunluğu en az 12 cm olmalıdır.
- 14.5. Ürün uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
- 14.6. Ürünün ucundaki ölçüm için iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
- 14.7. Ürünün kablo uzunluğu en az 200 mm olmalıdır.
- 14.8. Ürün diseksiyon amaçlı kullanılmalı bu işlemi yaparken aynı zamanda farklı bir işlem yapmaya gerek kalmadan sinir sitimüasyonu da yapabilmelidir.

[Handwritten signature]
Dr. Mustafa Kemal
Genel Cerrahi Uzmanı
G. 101. Kat Kat. Hastanesi
071 222 11 11

[Handwritten signature]
Doç. Dr. Hasan BOSTANCI
G. C. Genel Univ. Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
071 222 11 11 Dip. Tes. No: 99631

J01-01E614 AN 1020 NM EMG ENDOTRAKEAL TÜP NO:8

- 1.Ürün tek kullanımlı ve steril olmalıdır.
- 2.Sinir moitorizasyonunda kullanılan bir endotrekeal tüp olmalıdır.
- 3.Entübasyon tüpü üzerinde sağ ve solda renk kodlarıyla ayrılmış birer çift elektrot bağı olmalıdır.
- 4.Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitorizasyonunda kullanılmalıdır.
- 5.Elektrotlar tüpün üzerinde sabit olmalı sonradan sarılmamalı ve hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır.
- 6.Setin içinde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalıdır.
- 7.Endotrekeal tüp tek kanallı, spiralsiz olmalıdır.
- 8.Endotrekeal tüp üzerinde bulunan alıcı kısım, entübasyon sırasında hastaya zarar vermemesi için tüpün üzerine print edilmiş şekilde olmalıdır.
- 9.Ürünün orijinal barkod numarası olup ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 10.Ürünün çapı 8.0 mm olan seçenekleri bulunmalıdır.
- 11.Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
- 12.Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 13.Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
- 14.Her 20 adet tube ile birlikte 1 adet Mosquito Probu verilecektir. Verilen Mosquito Probuun özellikleri
- 14.1.Sinir monitorizasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış ve siniri monopolar olarak stimüle edecek yapıda olmalıdır.
- 14.2.Ürün steril edilerek tekrar kullanılabilir yapıda olmalıdır.
- 14.3.Ürün erişim kolaylığı açısından Righ Angle olmalıdır.
- 14.4.Ürün uzunluğu en az 12 cm olmalıdır.
- 14.5.Ürün uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
- 14.6.Ürünün ucundaki ölçüm için iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
- 14.7.Ürünün kablo uzunluğu en az 200 mm olmalıdır.
- 14.8.Ürün diseksiyon amaçlı kullanılmalı bu işlemi yaparken aynı zamanda farklı bir işlem yapmaya gerek kalmadan sinir sitimüasyonu da yapabilmelidir.

(Handwritten signatures and stamps)

Doç. Dr. Hasan B. ÇETİNCİ
T.C. Gaz. Ünv. Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip.No:12230 Dip.Tes.No:25621

J01-01F423 SİNİR STİMÜLASYON PROBU

1. Ürün Tek kullanımlı ve steril olmalıdır ve Kullanılacak tüp, cihaz aynı marka olmalıdır.
2. Ürün daha hassas ölçüm yapabilmesi için bipolar yapıda olmalıdır.
3. Ürün uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
4. Ürünün ucundaki ölçüm için bırakılan iletken kısım en az 2 mm olmalıdır.
5. Ürünün kablo uzunluğu en az 220 mm olmalıdır.
6. Ürünün şaftı ameliyat aşamasında cerraha rehberlik etmesi amacı ile 7 mm ara ile işaretlenmiş olmalıdır.
7. Ürünün raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
8. Stimulasyon probunun bağlantı yerleri karışıklığı önlemek amacı ile farklı renkte olmalıdır.
9. Konnektör uçları 42802 Din normundaki girişlere'a uyumlu olmalıdır.
10. Malzenin orijinal barkod numarası olup, ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
11. Malzeme CE sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Ürünün şaft uzunluğu rahat kullanım açısından en fazla 10 cm ürünün toplam uzunluğu 15 cm yi geçmemelidir.
13. Ürünler ile birlikte kullanılacak olan cihazın vaka esnasında bağlantı kablolarının oluşabilecek bir hatayı ve laringeal tube elektrodunun vokal kord lara temas edip etmediğini sesli ve görsel olarak göstermelidir.
14. Ürün seçimine numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Dr. Dr. Necmettin Erbakan
Genel Cerrahi A.D.
Fiyat: 12250 TL

Doç. Dr. Hasan ECSTANCI
T.C. Gazi Univ. Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip.No:12250 Dip.Tes.No:95631