

HASTA MUAYENE ÖNLÜĞÜ(izolasyon için) ŞARTNAMESİ (014604) 12/01/2020

1. Non steril olmalıdır.
2. Uzun kollu ve etek kısmı uzun olmalıdır. Etek eni (açık şekilde) en az 150 cm olmalıdır.
3. Önden ve arkadan bağlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Kol kısımları lastikli olmalıdır.
5. Önlüğün tüm dikişleri sağlam olmalı, giyinme ve kullanım sırasında deforme olmamalı, yırtılmamalı, bağcıklar kopmamalıdır.
6. Teklif edilecek ürünler için numune istenecek, deneme sonucuna göre uygunluğuna karar verilecektir.
7. Hareket kabiliyetini engellememeli, sağlam ve hafif olmalıdır.
8. Ürünlerin CE ve ISO sertifikaları mevcut olmalıdır.
9. Ürün teklifleri numune ve katalogla birlikte verilmelidir.
10. Tüm numuneler (özellği, ambalajı...vb) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından denenecektir.
11. Her bir malzeme tek tek paketlenmiş olmalı, üzerinde UBB Barkod numarası mevcut olmalıdır.

14.01.2020

Figen Bay  
Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Doç. Dr. ÖZEL TUNCCAN  
Y.C. Gazi Üniversitesi  
Gaziantep Tıp Fakültesi  
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  
Dip. No: 00000000000000000000