

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİYOMEDİKAL KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
LAMİNASYONLU ETİKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU:

Kalibrasyonu yapılan cihazlarda kullanılacak etiket teknik şartnamesidir.

2.İSTEK VE ÖZELLİKLER:

2.1. LAMİNASYONLU ETİKET ŞARTNAMESİ:

- 2.2.1 100 Adet olmalı
- 2.2.2. 18mm genişlik aralığında olmalıdır.
- 2.2.3. Laminasyonlu etiketler 8 metre olmalıdır.
- 2.2.4. Sudan, sıcaktan, soğuktan, güneş ışığından ve kimyasal maddelerden etkilenmemelidir.
- 2.2.5. Solmaz ve yırtılmaz olmalıdır.
- 2.2.6. İç ve dış mekanlarda kullanılmalıdır.
- 2.2.7 Çıkarıldıktan sonra geriye iz bırakmamalıdır.
- 2.2.8 Etiketin rengi yeşil üstüne siyah olmalıdır.

Hazırlayan
Tekniker
Halil ÖZ



Kontrol Eden
Tekniker
Atilla AYKAÇ



25.02.2020