



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 8571
İstem Tarihi : 28/02/2020
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 28/02/2020 09:25:00

Malzeme Kodu : J06-065428
Malzeme Adı : TEKER, FRENLİ

TEKER FRENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Çift taraflı teker olmalıdır.
- 2-Frenli olmalıdır.
- 3-Mevcut hasta yataklarına uygun olmalıdır.
- 4-Numune teknik işletme müdürlüğü kaynak atölyesinde görülecektir.
- 5-Gri poliüreten giydirilmiş beyaz renk olmalıdır.
- 6-Gürültüsüz olmalıdır.
- 7-hasta yatağı vida sistemli olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR
İdris GENCER
Başteknisyen Yardımcısı

ONAYLAYAN

Erkan CETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Başteknisyen Yrd.

Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi