

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI
SİTRAT-OKSALAT ÖLÇÜM KİTİ (İDRAR)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.

Kısım	Sıra No	Test (kit) Adı	Test Sayısı
1	1	SİTRAT ÖLÇÜM KİTİ (İDRAR)	1200
2	1	OKSALAT ÖLÇÜM KİTİ (İDRAR)	1200
TOPLAM			2400

2. KOLORİMETRİK TESTLER İÇİN TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1. Tüm testler için kolorimetrik kit teklif verilecektir.

2.2. Firmalar tekliflerini her kalem için tek tek verebilirler.

2.3. Kitler orijinal ambalajı içinde, açılmadan teslim edilmelidir. Reaktifler üzerinde üretici firmanın orijinal etiketi, üretim seri no'su, saklama koşulları ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

2.4. Firmalar ihalesini kazandığı her kalem kit için kendisine ait kitlerle birlikte her türlü sarf malzemesi(kalibratör ve kontrol serumları, PH kâğıdı, tüp, pipet ucu) ücretsiz olarak teslim edecektir.

2.5. Kitler hastane tarafından yapılacak olan talebe göre partiler halinde teslim edilecektir. Teslim edilen kitler en az 6 ay miyadlı olacaktır. Kitlerin raf ömürlerinin dolmasına 3 ay kala solüsyonlar firma tarafından uzun miatlılarla değiştirilmelidir. Kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda ve kullanım sırasında solüsyonlarla ilgili bir sorun çıkması halinde yenileri ile değiştirilmelidir.

2.6. Kalibratör, kontrol ve sarf malzemeler kitlerden bağımsız olarak sipariş edildiklerinde de sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilecektir.

2.7. İhaleye katılan firmalar kurumun talebi doğrultusunda laboratuarda teklif ettikleri kitler için demonstrasyon yapacaktır. Demo, laboratuvar sorumlusunun belirleyeceği test miktarınca en fazla on iş gününde tamamlanmalıdır. Bu çalışma sırasındaki tüm giderler (kit, sarf malzeme vb) firmaya ait olacaktır.

2.8. Yüklenici tüm reaktif ve kullanılan diğer solüsyonlar için Türkçe malzeme güvenlik bilgi formlarını basılı ve klasörlenmiş halde laboratuara teslim edecektir.

Dr. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dış No: 11001986 Dış. No: 95897

Prof. Dr. Özlem Gülbayraklı
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dış No: 2367 Dış. Tes. No: 50304

2.9.Yüklenici cihazın ve kitlerin Sağlık Bakanlığı T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi)ye kayıtlı olduğuna dair belge verecektir.

3. MONTAJ

3.1.Tüm Cihazların montajından firmalar sorumludur. Cihazların çalışabilmesi için gerekli tüm tesisat (elektrik, su, alt yapı) firma tarafından kurulacaktır.


3.2.Cihazlarının yerleştirileceği laboratuardaki gerekli düzenlemeler ilgili firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.

4. EĞİTİM

4.1.Sayı kurum tarafından belirtilen personele cihaz ve diğer ürünlerle ilgili teorik ve pratik eğitim verilecektir. Bu eğitimle ilgili tüm sarf ve diğer giderler firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bu eğitim kurumun talebi doğrultusunda gerektiğinde ücretsiz tekrarlanabilecektir.

4.2.Eğitim verilen tüm personele sertifika düzenlenmelidir.


Prof. Dr. Özgür Gülbağcı
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip. No: 2387 Dip. Tes. No: 95957


Prof. Dr. Özgür GÜLBAĞCI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip. No: 2387 Dip. Tes. No: 50304