



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0  
İstem Tarihi : 20/04/2020  
Bölüm Adı : Kök Hücre Ayırma Saklama Stoğu

Döküm Tarihi : 20/04/2020 14:03:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J01-010951	HO1000 FOTOFEREZ SETİ.

EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fotoferez setinin giriş ve çıkış kanalları ayrı olmalıdır.
- 2-Buffy Coat toplama seti ve fotoferez işlem torbası ayrı olmalıdır
- 3- Fotoferez işlem seti Buffy Coat torbası maximum 1 LT olmalıdır.
- 4-Fotoferez işlem torbası yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Buffy Coat toplama torbası 2 lümenli olmalıdır.
- 6-Fotoferez seti ile birlikte 500 ml isotonik ücretsiz olarak verilmelidir.
- 7-Fotoferez seti ile birlikte Fotoferez işlem cihazı bölümümüze kurulmalıdır.
- 8-Buffy Coat toplama ve fotoferez işlem torbası steril olmalıdır.
- 9-Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
- 10-Cihazın Periyodik bakımı firma tarafından yapılmalıdır.
- 11-Cihazda Minimum 6 adet UV lambası olmalıdır.
- 12-Set arızası ve teknik arıza nedeniyle kullanılamayan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.
- 13-3 ay önceden haber vermek koşuluyla miadi yaklaşan setler yeni tarihli ile firma tarafından değiştirilecektir.

Öğr. Gör. Dr. Özlem KARACAOĞLU YURDAGÜL  
Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Bölüm No: 28598

HAZIRLAYANLAR

Prof. Dr. Zeynep Arzu YEGİN  
T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
İç Hast. A.B.D. Hematoloji A.B.D. Öğr. Üyesi  
Dip. No: 247 Dip. Tes. No: 99086

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Müjgan YAGCI  
T.C. Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
İç Hast. A.B.D. Hematoloji Öğr. Üyesi  
Dip. No: 247 Dip. Tes. No: 99086