

EKG CİHAZI TOUCH SCREEN ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İstekliler hastanemiz genelinde kullanılan, Mortara marka Eli-280 model EKG cihazının Touch Screen (dokunmatik ekran) için teklif vereceklerdir.
- 2- Teslim edilecek Touch Screen (dokunmatik ekran) orijinal olacaktır.
- 3- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- 4- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- 5- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 6- İstekliler tarafından teklif edilen Touch Screen (dokunmatik ekran) ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
- 7- İstekliler tarafından teklif edilen Touch Screen (dokunmatik ekran) ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
- 8- Yüklenici Touch Screen (dokunmatik ekran) idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
- 9- Yüklenici tarafından teslim edilen Touch Screen (dokunmatik ekran) 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
- 10- Yüklenici Touch Screen (dokunmatik ekran) EKG cihazına monte ederek çalışır durumda teslim edecektir.
- 11- Touch Screen (dokunmatik ekran) sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal(Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez
Tıbbi Cihaz Birimi
Gökhan ÖZASLAN
Teknisyen

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri