

şartnameler

21---BİMANUEL ASPIRASYON KANÜLÜ 23G

1. Bimanuel kullanım için yapılmış olmalıdır
2. Uç kısmı ,0,60 x 17 mm 23G olmalıdır
3. 30 derece eğimli olmalıdır
4. Kanul uç kısmın 2mm' i polish özellikte olmalıdır
5. Blister paketlerde ambalajlanmalıdır.
6. Paket üstündeki bilgiler orijinal baskı olmalıdır.Etiket olmamalıdır

2---BİMANUEL IRIGASYON KANÜLÜ EĞİMLİ 21G

1. Bimanuel kullanım için yapılmış olmalıdır
2. Uç kısmı , 0,80 x 17 mm 21G olmalıdır
3. Eğimli olmalıdır

3---YUVARLAK UÇLU HİDRODİSSEKSİYON KANÜLÜ 27G

1. Disposable olmalıdır.
2. 0,40 x 22 mm 27G olmalıdır.
3. Yuvarlak uçlu, açılı göz içi kanülü olmalı
4. Blister paketlerde ambalajlanmalıdır.
5. Paket üstündeki bilgiler orijinal baskı olmalıdır.Etiket olmamalıdır

4---GZ1069 SÜTÜRSÜZ KAPSÜL GERME HALKASI. J01-01B452


Halka tek parça ve PMMA yapıda olmalıdır. Halkanın her iki ucunda pozisyon delikleri olmalıdır. Açılmamış 9mm ve 11mm, açılmış 11mm ve 13 mm boyutlarında olmalıdır. En az 2 yıl miatlı olmalıdır. TİTUBB'ye kayıtlı olmalıdır.

GÖZ İÇİN MİKROCERRAHİ BIÇAK (3/G) S-01130037

Klinik kullanımına göre istenilen tipte teslim edilebilecek ya da değiştirilebilecek şekilde 2.2mm, 2.4mm, 2.8mm çeşitleri kapsmalıdır. Bıçak ucu ışık altında parlamamalıdır. Bevel-up ya da bi-bevel keskin yüzey özelliğinde olan bıçak 45 derece açılı ve kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. Bıçak "tek kullanımlık" olmalı. Sterilizasyon işleminden zarar görmeyecek koruyucu uç ile beraber sunulması tercih sebebidir. Dokuları parçalamadan düzgün kesi yapmalıdır. Numune denenerek karar verilecektir.

GZ1001 OFTALMİK DRAPE İKİ YAN TORBALI TEK POŞLU. J01-013326

Örtü ebatları en 130 cm X 100 cm olacaktır. Örtü üzerinde insizyon film kaplı, 5 cm X 8 cm ölçülerinde bir delik bulunmalıdır. Örtü kumaşı, sıvı geçirmez hastanın cildini tahriş etmeyen materyalden olmalıdır. Cerrahi cilt sahasına iyi kalitede yapışmalıdır. 250 ml sıvı toplama kapasiteli, plastik, bir tel yardımıyla şekillendirilebilen torbası bulunmalıdır. Torbanın yeri paket üzerinde işaretlenmiş olmalıdır


Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal HONDUR
T.C. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları
Diploma No: 2507-03-0040
Diploma Tes. No: 2507-03-0040

Doç.Dr. Ali Kemal HONDUR
T.C. Gaziantep Üniversitesi
Göz Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip.No: 00332104 - Dip.Tes.No:90811