

## ACIL MÜDAHALE ARABASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir hijyenik bir materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Araba komple steril edilebilir özellikte olmalıdır.
3. Arabanın yan panelleri ve üst tablası poliproblen (PP) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Arabanın iç şasesi özel alüminyum profilden imal edilmiş olmalıdır.
5. Arabanın tekerlerinin bağlandığı alt şasesi 25x25x2mm ve 20x40x2mm profilden imal edilmeli ve toz boyalı olmalıdır.
6. Arabanın gerekli tıbbi malzemelerini konulacağı 5Adet çekmecesi olmalıdır.
7. Arabanın çekmeceleri, 1. ve 2. Çekmeceler 445x545x70mm, 3. Ve 4. Çekmeceler 445x545x160mm 5. Çekmece ise 445x545x250mm boyutlarında olmalıdır.
8. Tüm çekmeceler Kıрма Mühür Sistemli merkezi kilitleme ile kilitlenir olmalıdır.
9. Çekmeceler teleskopik ray sistemiyle çalışmalıdır ve kolay açılıp kapanılabilir özellikte olmalıdır.
10. Çekmecenin ortasında açıp kapanmak için ergonomik ve çekmece ile bütünlük içinde olan tutma yeri olmalıdır.
11. Çekmece içleri isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından istenildiği şekilde dizayn edilebilir olmalıdır. 1. Çekmece 22 ad., 2. Çekmece 18 ad., 3. Çekmece 9 ad., 4 ve 5. Çekmeceler 8 adet şeffaf ayraçla ayrılmış bölmeli olmalıdır. Bu bölme kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.
12. Çekmecelerinin içinin dizaynı herhangi bir aparata gerek olmadan değiştirilebilir olmalıdır
13. Arabanın her iki tarafında itmek için el tutamaç yerleri olmalıdır.
14. Arabanın 360° dönebilen 125 mm. çapında 2 adet frenli 2 adet frensiz tekerleği bulunmalıdır.
15. Tekerlekler aşınmaya ve darbeye dayanıklı dolgu tekerlekler olmalıdır.
16. Arabanın üst yüzeyine gelecek şekilde monte edilmiş. Üç değişik şekilde ayarlanabilen defibrilatör rafı olmalıdır. Cihaz güvenliği için emniyet kemeri olmalıdır.
17. Arabanın arka tarafında en az iki kancası bulunan ayarlanabilen serum askısı olmalıdır.
18. Arabada 1 (bir) adet 3LT ve 5LT oksijen tüpüne uyumlu tüp taşıyıcısı olmalıdır. Tüp için güvenlik kemeri olmalıdır.
19. Arabada 1 (bir) adet resüsitasyon bordu ve bu bordun takıldığı tutucular olmalıdır.
20. Arabanın en geniş ölçüleri dıştan dışa 58,5 cm x 82,5 cm olmalıdır.
21. Arabanın yerden yüksekliği 114,5 cm. olmalıdır.
22. Arabanın yan tarafında ABS malzemeden imal kapaklı çöp kovası olmalıdır.
23. Arabanın yan tarafında poliproblen malzemeden imal gizlenebilir yazı tablası olmalıdır.
24. Arabanın 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır.
25. Arabanın 10 (on) yıl yedek parça ve bakım garantisi bulunmalıdır.

MUSTAFA ÖZDEN  
Aydın, 01.08.2021

Gülten ÖZDEN