

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstekliler tarafından teklif edilecek fiber optik kablo OTV-S200 model ışık kaynağında kullanılabilir özellikte olacaktır.
2. Fiber optik kablo ışık kaynağı ve laparoskopik cihaz bağlantı kısımları güçlendirilmiş özellikte olacaktır.
3. Fiber optik ışık kablosunun çapı 2,8 mm ve uzunluğu en az 300 cm olmalıdır.
4. Fiber optik ışık kablosu otoklav ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
5. Fiber optik kablo Olympus marka cihazlarda kullanıma uygun ve orijinal ürün olacaktır.
6. Teklif verecek istekliler tek yetki belgelerini ve TSE belgelerini teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir.
7. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
8. Numune teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Yüklenici sıcaklık probu idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
10. Yüklenici tarafından teslim edilen sıcaklık probu 1 (bir) yıl garantili olacaktır.
11. Yüklenici sıcaklık probu sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.


Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni


Murat DOĞAN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni