KORUYUCU MASKE ŞARTNAMESİ 011789

1. Maskeler en az FFP2/N95 sınıfında olmalıdır.
2. Maskeler üzerinde nefes verme sübabı bulunmalıdır.
3. Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı tasarıma sahip olmalıdır.
4. Maskelerin başa uygunluk bantları poliizopren, burun mandalı alüminyum, filtresi polipropilen olmalıdır.
5. Burun yastığı olmalı ve poliüretan olmalıdır.
6. Maskeler depolama sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve paket üzerinde takma ile ilgili açıklayıcı bilgiler okunaklı ve anlaşılır olmalıdır.
7. Maskeler çapı 0,02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.
8. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
9. Ürün teklifleri numune ve katalogla birlikte verilmelidir.
10. Tüm numuneler (özelliği, kullanım kolaylığı, ambalajı vb) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından ve en az 10 kullanıcı tarafından denenecektir.
11. Her bir malzemenin üzerinde UBB barkodu bulunmalıdır.

30.03.2020

Doç.Dr. Güzel TUNÇCAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi
Dip.Tec.No.93792

Figen BAY
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi