



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 0
İstem Tarihi : 21/05/2020
Bölüm Adı : Dahiliye Yoğun Bakım Stoğu

Döküm Tarihi : 21/05/2020 13:22:00

Malzeme Kodu : S-010740
Malzeme Adı : NF1016-NF1017 SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ SETİ (HEMOFİLTRE DAHİL)

SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set pre-konnekte olmalıdır. Kiti oluşturan membran ve set önceden birleştirilmiş şekilde veya ayrı ayrı bileşenler şeklinde olmalıdır.
2. Seti oluşturan venöz ve arteriyel hatlarda klemler bulunmalıdır.
3. Kit ile aşağıdaki tedavi modları yapılabilmelidir:
 - a. CVVH Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon
 - b. CVVHD Sürekli Venö-Venöz Hemodiyaliz
 - c. CVVHDF Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon
 - d. SCUF Sürekli yavaş ultrafiltrasyon (aynı kit içerisinde veya farklı kit ile)
4. Kurulum sırasında oluşabilecek kontaminasyon riskini en aza indirmek için kitlerin içeriği en fazla 4 parçadan oluşmalıdır. Her bir parça steril ambalajlarda içerisinde yer almalıdır.
5. Diyalizat ve replasman hatlarında birer adet olmak üzere kit içerisinde toplam iki adet ısıtıcı torba bulunmalıdır veya ısıtıcı dışarıdan cihaza eklenebilmelidir.
6. Kitler üzerinde ürünün adı, son kullanma tarihi ve lot numaraları olan orjinal etiketli kutularda paketlenmelidir.
7. Kitlerin içeriğindeki filtre en az 0,9 m² membran yüzey alanına sahip olmalıdır

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN

Özellikli Birim Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi Nuray DELEN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Doç.Dr. Melis Ayar ERKOĞLU
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İÇ HASTALIKLARI A.D. YOĞUN BAKIM B.Ş.
Diyetisyen No: 08-811-038
Dip. No: 88958

T.C.
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Prof.Dr. Gülbahar GENÇEL BIKMAZ
İç Hast. Yoğun Bakım Uzm.
Diyetisyen No: 08-811-038
Dip. No: 88958

8. Verilecek filtre membranları biyoyumlu olmalı, membran yapısı polysulfon veya akrilonitril ve sodyum metalil sulfona kopolimer yapısında olmalıdır.
9. Ürünün sağlık bakanlığından onaylı UBB kaydı olmalıdır
10. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az iki yıl miyadlı olmalıdır.
11. Denenmek üzere numune teslim edilmelidir.(numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)
12. Son kullanım süresinin dolmasına 4 ay kala malzeme yenileri ile değiştirilmelidir.
13. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır.Orijinal ambalajının üzerinde üretim,son kullanma tarihi vb.bilgiler olmalıdır.

~~Dr. Melik Aybar TÜRKÖĞLÜ~~
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İÇ HASTALIKLAR AD. YÜĞÜN BAKIM B.T.
Diploma No: 00-011-038
Dip. Tesit. No: 88958

T.C.
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Prof. Dr. Gülbahar BENCEL BIKMAZ
İç Has. Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 00-011-035 Dip. Tes. No: 88935

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN

Özellikli Birim Servis Ünite Sorumlu Hemşiresi Nuray DELEN
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi