

DİSPOASBLE TAB YAPIŞKAN ELEKTROD

1. EMG çalışmalarında kullanılabilir olmalı
2. Özel iletken olmalı
3. Crocodile elektrot ile kullanılabilmeli
4. Alerji gibi yan etkileri olmamalı
5. Yapıştığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalı
6. Birden fazla yapışıp sökülebilmeye özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülmeli
7. Ag/AgCl içermeli
8. Neurosoft marka cihazlarla %100 uyumlu olmalı
9. Her pakette 100 adet olmalı
10. 20 paket olacak şekilde 2000 adet temin edilecektir.
11. Elektrodlar ile beraber 3 adet 5 pin bağlantı kablosu temin edilecektir.

Dr. H. Evin BORMAN
Gazel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
Diyarbakir, Gazel Ü. Tıp Fak. No: 14416
Diyarbakir, Gazel Ü. Tıp Fak. No: 14416

Dr. Mustafa CEMBİZ
Gazel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji A.D.
Diyarbakir, Gazel Ü. Tıp Fak. No: 732