



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 10988  
İstem Tarihi : 15/01/2021  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 15/01/2021 08:50:00

**Malzeme Kodu** : TM0022  
**Malzeme Adı** : KARBONDİOKSİT MODÜL TAMIRI (HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN)

**KARBONDİOKSİT MODÜLÜ CİHAZI TAMIRI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Hastanemiz Ameliyathane bölümünde kullanılan Ge marka, E-sCAiO model karbondioksit modülü cihazı arızalanmıştır.
- 2.Teklif verecek istekliler, cihazın arıza tespitini yaptıktan sonra, arıza tespiti içeren Teknik Servis Raporunu Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- 3.Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.İstekliler tamir edilen cihaza 6 ay tamir, 1 yıl da değiştirilen malzeme veya parça garantisi verecektir.
- 5.İstekliler tamir yapılan cihazın kalibrasyonunu da yapıp çalışır durumda Tıbbi Cihaz Birimine veya Ameliyathane bölümüne teslim edecektir.
- 6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
- 7.Cihaz tamir için yükleniciye teslimden sonra, en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Tıbbi Cihaz Birimine veya Ameliyathane bölümüne teslim edilecektir.

**HAZIRLAYANLAR**

GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Gökhan ÖZASLAN  
Teknik Servis

Murat SOLMAZ  
Gazi Üniversitesi  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Cihaz Birimi  
Teknik Servis

**ONAYLAYAN**

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM  
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi