



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 12793
İstem Tarihi : 26/07/2021
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 26/07/2021 13:12:00

Malzeme Kodu : J01-015068
Malzeme Adı : KR1165 STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, GREFT KAPLI, PTFE'LI, BALONLA AÇILAN, MONO

1. Graft Stent koroner damarlara uygun olarak akut vasküler perforasyon, ruptur, saphenous vein graft darlıkların ve anevrizma tedavisi için uygun balon expandable yapıda olmalıdır.
2. Koroner Graft Stent iki stentin arasına ePTFE (Expandable Polytetrafluoroethylene) yerleştirilmiş olarak sandviç tekniği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Koroner Graft stentleri Stainless Steel 316L materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
4. Koroner Graft Stent'in çift stent duvar kalınlığı (Double Wall-Thickness) en fazla 0,52 mm olmalıdır.
5. Koroner Graft Stent sutur kalınlığı ve dizaynı ile kalsifik lezyonlar için radial gücü ve pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de flexiblitesi yüksek olmalıdır.
6. Koroner Graft Stent'i taşıyan balon 0.014" çapındaki klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. Koroner Graft Stent'i taşıyan balon üzerinde Koroner Graft Stent distal ve proksimalini gösteren iki adet radioopak marker bulunmalı ve lezyon giriş profili en çok 0.017" olmalıdır.
8. Koroner Graft Stent 3.50 mm. çapında ve 19 mm. uzunluğunda olmalıdır.
9. Koroner Graft Stent (Crimped) geçiş profili en çok 0.064" kalınlığında olmalı, rated burst basıncı 16 bar'a kadar çıkabilmelidir.
11. Koroner Graft Stent kullanılabilir Şaft uzunluğu 143 cm olmalıdır.
12. Teslim edilen Koroner Graft Stent'ler için farklı ebat ile değişiklik istemi yada kısalan miad değişikliği yada miadı dolmuş ürünlerin değiştirilmesi veya iadesi kurumumuz tarafından talep edilmeyecektir.
13. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14. Miadı en az 18 ay olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>GAZİ ÜNİ. TIP. FAK. HAST. Gör.Gör.Dr. Mustafa CANDEMİR KARDİYOLOJİ Dip. No: 2011-09-066 Dip. Tescil No: 157729</p> <p>Gr. Görevlisi Dr. Emrullah KIZILTUNÇ T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hast. Kardiyoloji Anabilim Dalı Dip. Tescil No: 137464 Dip. No: 15061</p>	



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 12793
İstem Tarihi : 26/07/2021
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 26/07/2021 13:11:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J01-015037 KR1165 STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, GREFT KAPLI, PTFE'LI, BALONLA AÇILAN, MONO

1. Graft Stent koroner damarlara uygun olarak akut vasküler perforasyon, ruptur, saphenous vein graft darlıklarını ve anevrizma tedavisi için uygun balon expandable yapıda olmalıdır.
2. Koroner Graft Stent iki stentin arasına ePTFE (Expandable Polytetrafluoroethylene) yerleştirilmiş olarak sandviç tekniği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Koroner Graft stentleri Stainless Steel 316L materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
4. Koroner Graft Stent'in çift stent duvar kalınlığı (Double Wall-Thickness) en fazla 0,52 mm olmalıdır.
5. Koroner Graft Stent sutur kalınlığı ve dizaynı ile kalsifik lezyonlar için radial gücü ve pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de flexibilitesi yüksek olmalıdır.
6. Koroner Graft Stent'i taşıyan balon 0.014" çapındaki klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. Koroner Graft Stent'i taşıyan balon üzerinde Koroner Graft Stent distal ve proksimalini gösteren iki adet radioopak marker bulunmalı ve lezyon giriş profili en çok 0.017" olmalıdır.
8. Koroner Graft Stent 3.0 mm. çapında ve 19 mm. uzunluğunda olmalıdır.
9. Koroner Graft Stent (Crimped) geçiş profili en çok 0.064" kalınlığında olmalı, rated burst basıncı 16 bar'a kadar çıkabilmelidir.
11. Koroner Graft Stent kullanılabilir Şaft uzunluğu 143 cm olmalıdır.
12. Teslim edilen Koroner Graft Stent'ler için farklı ebat ile değişiklik istemi yada kısalan miad değişikliği yada miadı dolmuş ürünlerin değiştirilmesi veya iadesi kurumumuz tarafından talep edilmeyecektir.
13. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14. Miadı en az 18 ay olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR		ONAYLAYAN
GAZİ ÜNİ. TIP. FAK. HAST. Öğr. Gör. Dr. Mustafa CANDEMİR KARDİYOLOJİ Dip. No: 2011-09-066 Dip. Tescil No: 157729	 Görevlisi Dr. Emrullah KIZILTUNÇ T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hast. Kardiyoloji Anabilim Dalı Dip. No: 137464 Dip. No: 15061	



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 12793
İstem Tarihi : 26/07/2021
Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihi : 26/07/2021 13:11:00

Malzeme Kodu : J01-015589
Malzeme Adı : KR1165 STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, GREFT KAPLI, PTFE'LI, BALONLA AÇILAN, MONO

1. Graft Stent koroner damarlara uygun olarak akut vasküler perforasyon, ruptur, saphenous vein graft darlıkların ve anevrizma tedavisi için uygun balon expandable yapıda olmalıdır.
2. Koroner Graft Stent iki stentin arasına ePTFE (Expandable Polytetrafluoroethylene) yerleştirilmiş olarak sandviç tekniği ile dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Koroner Graft stentleri Stainless Steel 316L materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
4. Koroner Graft Stent'in çift stent duvar kalınlığı (Double Wall-Thickness) en fazla 0,52 mm olmalıdır.
5. Koroner Graft Stent sutur kalınlığı ve dizaynı ile kalsifik lezyonlar için radial gücü ve pushabilite özelliği yüksek olmalıdır. Özel dizaynı ile de flexibilitesi yüksek olmalıdır.
6. Koroner Graft Stent'i taşıyan balon 0.014" çapındaki klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. Koroner Graft Stent'i taşıyan balon üzerinde Koroner Graft Stent distal ve proksimalini gösteren iki adet radioopak marker bulunmalı ve lezyon giriş profili en çok 0.017" olmalıdır.
8. Koroner Graft Stent 2.80 mm. çapında ve 19 mm. uzunluğunda olmalıdır.
9. Koroner Graft Stent (Crimped) geçiş profili en çok 0.064" kalınlığında olmalı, rated burst basıncı 16 bar'a kadar çıkabilmelidir.
11. Koroner Graft Stent kullanılabilir Şaft uzunluğu 143 cm olmalıdır.
12. Teslim edilen Koroner Graft Stent'ler için farklı ebat ile değişiklik istemi yada kısalan miad değişikliği yada miadı dolmuş ürünlerin değiştirilmesi veya iadesi kurumumuz tarafından talep edilmeyecektir.
13. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14. Miadı en az 18 ay olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR	ONAYLAYAN
<p>GAZİ ÜNİ. TIP. FAK. HAST. Ogr. Gör. Dr. Mustafa CANDEMİR KARDİYOLOJİ Dip. No: 2811 03 -066 Dip. Tescil No: 157729</p> <p>Ogr. Sorumlusu Dr. Emrullah KIZILTUNÇ T.C. Gazi Üni. Tıp Fak. Hast. Kardiyoloji Anabilim Dalı Dip. Tescil No: 137464 Dip. No: 15061</p>	