

2020-04-015

EKG ELEKTROT ADAPTÖRÜ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EKG elektrot adaptörleri EKG çekiminin yapılmasına uygun olacaktır.
2. EKG elektrot adaptörleri cihazda fonksiyon kaybına yol açmamalıdır.
3. EKG elektrot adaptörleri cihazın orijinal yapısını ve şeklini bozmayacak yapıda olacaktır.
4. EKG elektrot adaptörleri 10'lu set halinde takım olacaktır.
5. EKG elektrot adaptörlerinin her birinin ayrı renk ve harf/sayı kodlaması olacaktır.
6. EKG elektrot adaptörleri timsah ağızlı olacaktır.
7. Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
8. Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
9. Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. İstekliler tarafından teklif edilen EKG elektrot adaptörüne ilişkin katalog teklif mektubu ile birlikte idareye veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
11. İstekliler tarafından teklif edilen EKG elektrot adaptörü ikinci el, fason üretim veya kullanılmış, ambalajı açılmış olmayacaktır.
12. Yüklenici EKG elektrot adaptörü idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.
13. Yüklenici EKG elektrot adaptörü sipariş tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde idaremiz deposuna veya Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Öznel BİYURGA
Tekniker

Narun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri