

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64614
İstem Tarihi : 18.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 18.01.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012999	KR2060 UZATMA HATTI BASINCA DAYANIKLI (OPAK) (1000 PSI VE ÜSTÜ)	100.00	ADET

Şartname Kodu : 44275

- Ventrikülografi, aortografi ve pulmoner anjiyografi sırasında otomatik pompa enjektörü ile anjiyografi kateterini birbirine bağlamak amacı ile kullanılacaktır.
- 1200 PSI'ye dayanıklı olacaktır
- Uzunluğu50 - 70 cm olacaktır.
- Şeffaf, plastik materyalden yapılmış olacaktır.
- Bir ucu dişi diğer ucu erkek luerlock olacaktır.
- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır.Teslim tarihinden itibaren en az 1 (BİR) yıl matli olacaktır.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

Prof. Dr. Mustafa CEMRİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tesc. No: 90171

Doç. Gör. Dr. Salih TOPAL
T.C. G.U.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ A.B.D.
Dip. Tesc. No: 90171