


①

BEBEK BEZİ ŞARTNAMESİ

1. Bebek, çocuk alt bezlerinin en dışında su geçirmez kısım olacaktır.
2. En iç tabaka tek taraflı geçirgen su tutmaz ve yumuşak tabaka olmalıdır. Esnek yan bantları olmalıdır.
3. Vücuda tam uyumlu, anatomik olacaktır.
4. Kendinden defalarca yapışla özelliği olan bantları olmalıdır.
5. Bariyer kısmındaki lastik bacağı rahatsız etmemeli, dokuyu zedelemeyecek biçimde olmalıdır.
6. Cildin hava almasını sağlamalıdır.
7. Hipoalerjenik özellikte olmalı, cildi tahriş etmemeli, çocuk cildine uygun, alerji yapmayan malzemeden yapılmış olmalıdır.
8. 2-3-4-5-6 numaralı bezler, hastanenin istediği miktarda verilmelidir.
9. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
10. Numune teslim edilmelidir.
11. Teslim edilen ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi olmalıdır.
12. Her bir paket bebek bezi için iki adette su bazlı,alkolsüz,kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

Deniz YALÇIN. 4
Sevkiye Akdoğan
Ped. Onkoloji ve Hem. Servisi


Döne EROĞLU
GÜTF Çocuk Hemşiresi
Yeni Ajan Sorumlu
Sorumlu Hemşiresi


Döne EROĞLU
5053

2

YENİDOĞAN BEBEK BEZİ

- Doğum sonrası yenidoğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2kg-5kg arası bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır.
- Paketler içerisinde en az 88 adet bebek bezi olmalıdır.
- Bebek bezinin kenarları yumuşak olmalı, bebeğin cildine zarar vermemelidir.
- Bebeklerde pişik oluşumuna neden olmamalı bunun için yumuşak dokuda olmalıdır.
- Her bir paket bebek bezi için iki adette su bazlı,alkolsüz,kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

3

PREMATÜRE BEBEK BEZİ

- Prematüre bebeklerde kullanılmak üzere özel dizayn edilmiş olmalıdır.
- Boyutu 2.5 kg ve altı bebekler için uygun olmalıdır.
- Paket içerisinde en az 30 adet olmalıdır.
- Dokusu yumuşak olmalı, cildi çok hassas olan prematüre bebeklerde pişiğe ve tahrişe neden olmamalıdır.
- Her bir paket bebek bezi için iki adette su bazlı,alkolsüz,kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

Deniz YALGIN 4.
Soutkiye Akadepçer
Ped. Onkoloji ve Hem. Servisi

Döne EROĞLU
G.Ü.T.F Gazi Hastanesi
Yenidoğan Servisi
Sorumlu Hemşiresi

9

YETİŞKİN HASTA ALT BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.En içten tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka , en dışta polietilen su geçirmez tabaka ve taneciklerin olduğu tabaka olmak üzere 4 bölümden oluşmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 2.Her iki tarafta ikişer adet yan yapıştırma bantları olmalı ve bu bantların en az 5 kere açılıp kapatılabilme özelliği olmalıdır.
- 3.Hastaya temas eden kısmı alerjik olmamalı ve cildi tahriş etmemelidir.Yumuşak dokulu üst yüzeyi sayesinde sıvıyı hızla alt tabakalarına ileterek, cildin kuru kalmasını sağlamalıdır.
- 4.Emiciliği yüksek olmalı, en az 1000 ml sıvıyı emebilmelidir.
- 5.Yatağa gelen koruyucu kısım sıvı geçirmemeli ve yatağın ıslanmasını engellemelidir.
- 6.Bacaklara gelen iç tarafta lastikli bariyer kısım olmalı, bu kısım bacakları tahriş etmemeli, ıslanmakla kopmamalı, yatağa sıvı geçişine mani olmalıdır.
- 7.Atıklarla ilgili ulusal kanunlara uyulması şartı ile çevre için bir risk oluşturmamalıdır.
- 8.Tek kullanımlık olmalıdır.Tek kullanımlık işareti taşınmalıdır.
- 9.Small, medium,large ve xlarge bedenleri olmalı,hastanenin istediği miktarda verebilmelidir.
- 10.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az iki yıl miyadlı olmalıdır.
- 11.Denenmek üzere numune teslim edilmelidir.(numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)
- 12.Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajının üzerinde üretim, son kullanma tarihi vb.bilgiler olmalıdır.
- 13.Ürün CE belgesine sahip olmalı ve UBB barkodu olmalıdır.
- 14.Her bir paket bez için iki adette su bazlı,alkolsüz,kokusuz ıslak mendil verilmelidir.

Doç.Dr. Fikret BİLİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Dip.No:8804A023
Dip.Tes.No:5983D-51050

Nuray DELEN
İç.Hast. Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşiresi

Demet Joşan