



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 28862

Düzenleme Tarihi : 26.04.2017

KOD : J01-01A552 /

MALZEME ADI : NON STERİL MUAYENE ELDİVENİ (PUDRALI) NO:7,5 (MEDIUM)

NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN (S-M-L) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme lateks ham maddeden üretilmiş olmalı,hipoalerjenik özellikte olmalıdır.
2. Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti olmalı ve giyerken yırtılmamalı,sağ ve sol el farkı olmadan her iki elde de rahatça kullanılabilir olmalıdır.
3. Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.
- 4.Eldiven az pudralı olup boya içermemeli, hassasiyet ve korunma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilmelidir.
5. Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.
- 6.Müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmeli, sıvı geçirgenliği olmamalı, kan teması halinde viral ve bakteriyel bulaşmayı engellemelidir.
7. Eldivenler küçük, orta, büyük (small, medium, large) boylarda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.
8. Eldivenler yırtık - delik olmamalı, eldivenlerin yüzeyinde kullanımı negatif etkileyecek çatlak-kabarcık ve lekeler bulunmamalıdır.
9. Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermemek amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.
- 10.Eldivenler boylarına göre farklı renklerdeki ambalajlarda olmalı, kutu üzerinde boyuta ait ibareler rahat görülebilir olmalı ve kutu içerisinden tek tek alınmasına imkan sağlayan delik baskılı bölüm olmalıdır.
- 11.Eldivenler 50 - 100 adetlik ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır.
- 12.Ambalaj üzerinde ürünün markası ,lot numarası, sonkullanma tarihi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri anlaşılır şekilde yazılı olmalıdır.
- 13 .Yerli üretim eldivenler Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve TSE imalat yeterlilik belgesine haiz olmalıdır. İthal eldivenler ise Uluslar arası Standartlardan (CE, ISO veya eşdeğeri) en az birini içermelidir.
- 14.İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası firma/ Bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
- 15.İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeden her boy için en az bir kutu numune teslim etmelidir ve nihai karar numunelerin değerlendirilmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Y. İhsan. Emine Keten

Doc.Dr. Fikret BİLDİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Acil Tıp
Dip. No: 88034A023
Dip. Tes. No: 59830-51050

ONAYLAYAN