

## TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

### 1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımaları ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

### 2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

### 3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

Ürünler hastane ameliyathanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi AD envanterinde olan STORZ marka GAAB tipi endoskopik ventrikülostomi seti ile birebir kullanıma uygun olmalıdır.

## NEUROENDOSKOPİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1 Adet Teleskop 6°

- Açılı vizörü olmalıdır.
- 6 derece olmalıdır.
- Dış çapı 6,1mm ve uzunluğu 18 cm olmalıdır.
- Çalışma kanalı ve irrigasyon/aspirasyon için ayrı kanalları olmalıdır. Çalışma kanalı çapı 2,9mm ve irrigasyon aspirasyon kanallarının çapı 1,6mm olmalıdır.
- Irrigasyon ve aspirasyon kanallarından en az birisi 1mm lik flexible enstrümanlar kullanmaya uygun olmalıdır.
- Fiberoptik ışık transmisyonu olmalı ve renk koduna sahip olmalıdır.
- Otoklavlanabilir olmalıdır.

Ürünler STORZ firmasının internette bulunan katalogundan seçilmiştir ve referans olarak kullanılarak benzer aynı özellikteki ürünler için teklif verilmesi gerekmektedir.

ALET ADI	REFERANS KATALOG	KATALOG NO	ADET
Ventriculoscope LOTTA	STORZ	28164LA	1

Prof.Dr.A. Memduh KAYMAZ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
BEYİN VE SINİR CERRAHİSİ  
Diploma No: 413  
Dip. Tesci No: 54473

Prof.Dr. Filizet Huseyin DOĞAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü  
Dip. No: 83713