

## KARBOKSIHEMOGLOBİN ÖLÇÜM PROBU TEKNİK ŞATRNamesİ

1. Prob pediatrik hastalarda, oksijen saturasyonu(SpO2), nabız ölçümü(PR),Perfüzyon İndeksi (PI)karboksihemoglobin (SpCO),Methemoglobin(SpMet) ve PVI ölçümüne uygun olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Hastanemiz demirbasına kayıtlı olan Masimo marka Root cihazına uyumlu olmalıdır.
4. Probu yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex içermemelidir.
5. Prob tekli paketlerde olmalıdır.
6. Probu poşeti üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır.

Doç. Dr. Okşan DERİNGÖZ  
T.C. G.Ü.T.F. Saad. Hast. Anst.  
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A.D. / ÇOCUK ACİL B.D.  
Diploma No: 2620  
Dip. Teselli No: 109034  
Uzm. Teselli No: 118692

Prof. Dr. Ayşın BİDECI  
T.C. G.Ü.T.F. Saad. Hast. Anst.  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D. Başk. m.  
Dip. No: 7750 Dip. Tes. No: 49038