

Kapaklı Plastik Tüp Şartname:

- Tüpler 16x100 mm ebadında olmalıdır.
- Yaklaşık 10 ml hacminde olmalıdır.
- Tüpler kırılmaz plastikten üretilmiş olmalıdır.
- Tüpler ile kapakları tam uyumlu olmalı, pnomatik sistemde sızdırma yapmamalıdır.
- Ürünlerin CE kalite belgesi olmalıdır.
- Ürünler 250'lik ya da 500'lük paketler halinde teslim edilmelidir.

Doç. Dr. Ayfer KELEŞ
TC. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Dip.No:11037 Dip.Tes.No:84268

Müftü YUSİLDAĞ
TC. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Acil Sorumluluk