



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 11768  
Düzenleme Tarihi : 25.04.2017

KOD : J01-012905 /  
MALZEME ADI : NF1011 ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ

ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Arter ve ven iğneleri ayrı ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Fistül iğneleri 15-16 -18 gauge olmalıdır.
- 3-Arter fistül iğnesi döner başlıklı ve çift delikli olmalıdır
- 4-Fistül iğneleri eto gama veya buhar sterilizasyonlu olup sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- 5-Tüp uzunluğu 25-30 cm olmalıdır.
- 6-Arter ven iğneleri üzerinde klemler olmalıdır.
- 7-Arter iğnesinde klemler kırmızı, Ven iğnesinde klemler mavi olmalıdır.
- 8-İğne yüzeyi ve ucu pürüzsüz olacak, polisoy ve silikonizasyonu iyi olacaktır.  
Duvar kalınlığı ince ucu keskin açık olacaktır.
- 9-TSE uygunluk ve CE belgesi bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi Avrupa Topluluğu uygunluk belgesi dosyada bulunmalıdır.
- 10-Şartnamenin her bir maddesine cevap verilecek ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-İhaleye katılacak firmalar 2 şer adet numune bırakılacaktır, Ürünler denenecek denenen ürünler iade edilmeyecektir.
- 12-Örnekleri ile ihale sonucu teslim edilen ürünlerin marka ve kodları aynı olacaktır.

Prof. Dr. Ömer BOZTEPE DERİCİ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
K. Hastaneleri A. B. Bölümü B. D.  
Uşak 46100 0262 No: 61637

Prof. Dr. Vasfiye ERGİN  
T.C. G. Ü. F. Tıp Fakültesi  
İç Hastalıkları A.B. Bölümü  
D. B. D. Uşak 46100  
Dip. Teslim No: 45333

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN