

## ULTRASONİK İNCE KESME, DİSEKSİYON, KOAGÜLASYON PROBU 17 cm

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. İnce diseksiyon makası, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmelidir.
4. İnce diseksiyon makası 5 mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir.
5. İnce diseksiyon makasının ucu, 55,500 Hz frekansla , 32-100 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır.
6. İnce diseksiyon makası ucu eğri bir bıçak ve doku tutucu 'pad'den oluşmalıdır.
7. İnce diseksiyon makası aktif bıçağının uzunluğu yeterli dokuyu ağzına alabilmesi için 16mm olmalıdır.
8. İnce diseksiyon makası ergonomik ve farklı şekillerde tutuşa uygun olması için tutuş halkaları yumuşak silikondan ve tırtıklı olmalıdır.
9. İnce diseksiyon makası şaftı, 17 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. İnce diseksiyon makası ile beraber aleti el tutacına bağlamaya yarayacak tork da gelmelidir.
11. İnce Diseksiyon makası İnce El Tutacı ile kullanılmalıdır.
12. İnce Diseksiyon makası GEN11 ile uyumlu olmalıdır.
13. Koagülasyon makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayan 'Doku Uyumu Teknolojisine' sahip olmalı ve bu teknolojinin jeneratör tarafından sesli geri bildirim özelliğini ilk kullanımda desteklemelidir.
14. İmalatçının Türkiye'deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi teklif ile birlikte hastane idaresine verilmelidir.
15. Ürünlerin üzerinde imalatçı firma tarafından onaylı Türkçe kullanım kılavuzları bulunmalıdır.
16. Üretici firmadan alınan ürünün üretici firma tarafından garanti edildiğine dair apostil kaşeli garanti belgesi sunulmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZTÜRK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Kadın Hast. ve Doğum Cbr. Üyesi ve Anestezist Dahi. Bşk. Yrd.  
Dip. No: 52011137 C. No: 100.1/nc: 05125

Öğr. Gör. Dr. İsmail GÜLER  
T.C. G.Ü.T.F. Erzi Hastanesi  
Kadın Hast. ve Doğum Anestezist Dahi.  
Dip. No: 13415 D. No: 100.1/nc: 20627

**Fiber Optik Işık Kablosu :**

- 1)Çapı 4.8 mm olmalıdır.
- 2)Uzunluğu 250 cm olmalıdır.
- 3) Fiber Optik Işık Kablosu üzerinde üretici firma adı, katalog numarası ve " CE " simgesi olmalıdır.
- 4) Ameliyathanemizde bulunan soğuk ışık kaynağına uygun olmalıdır.
- 5) Teslim süresi en çok 2 iş gün içerisinde teslim edilecektir.

  
**Öğr. Gör. Dr. İsmail GÜLER**  
T.C. Gazi Gaz Hastanesi  
Kadın Hast. ve Doğum Böl. Uzman Anabilim Dalı  
Dip.No: 6201/11571 Dip. No: 65129

  
**Prof. Dr. Mehmet Fırat ÖYMEN**  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Kadın Hast. ve Doğum Böl. Uzman Anabilim Dalı Başkanı  
Dip.No: 6201/11571 Dip. No: 65129