

## BOKS GÖMLEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Önlüğün ön kısmı ve kollar dirseklere kadar, çift katlı sıvı geçirmez olmalıdır.
2. Önlüklerin kol manşetleri kullanıncı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır.
3. Önlüğün boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cildi tahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
4. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleri ile açılmayacak, şekilde sağlam olmalıdır.
5. Önlük sağ iç ve sol dış tarafında bağcıklar olmalıdır.
6. Önlüğün yıkanmasında kumaşta, solma ve çekme olmamalıdır.
7. Önlük iç ve dış bağcıklarının bağlanma esnasında kopmamalıdır.
8. Yeterli miktarda ve adette numune getirmelidir.
9. Otoklavda 134°C'de steril olabilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. numuneler bir süre denendikten sonra karar verilecektir.
11. Firma önlüğün kaç yıkamaya dayanıklı olduğunu belgesini teklif dosyasında bulundurmalıdır.

  
Prof. Dr. İsmet KURTİPEK  
T.C. G.Ü. T.İ.F. Gazi Hastanesi  
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON  
Diploma No: 705  
Dip. Tesch. No: 45474

  
Doç. Dr. Mustafa ARSLAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7716-Dip. Tes. No: 40005