

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Sağlık Bilimleri Fakültesi	DOÇ.DR. GAMZE AKBULUT	04/05/2017	2
	TEL :		

Yrd. Arş. Leyla Terfikoğlu 0536 7734714

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE

(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)

'47/2017-07' kodlu ve 'Diyabetik ratlara uygulanan Geleneksel ve Düşük Karbonhidratlı Akdeniz diyetlerinin glisemik kontrol ve kardiyovasküler risk üzerine etkisi' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 17 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza:

[Handwritten Signature]

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	mikro pipet ucu (sarı)	1	paket	1.DNAse, RNAse, Pyrojen free sertifikalara sahip olmalıdır. 2.Ultra şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır. 3.Yaygın olarak kullanılan pipetörlere uyumlu olmalıdır. 4.Ucu ince tasarlanmış olmalıdır. 5.Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır. 6.Paketi kapanabilir olmalıdır. 7.En az 100 adet/paket halinde ambalajlanmış olmalıdır. 8. Sarı renkte olmalıdır
2	mikro pipet ucu (mavi)	1	paket	1.DNAse, RNAse, Pyrojen free sertifikalara sahip olmalıdır. 2.Ultra şeffaf polipropilenden üretilmiş olmalıdır. 3.Yaygın olarak kullanılan pipetörlere uyumlu olmalıdır. 4.Ucu ince tasarlanmış olmalıdır. 5.Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır. 6.Paketi kapanabilir olmalıdır. 7.1000 adet/paket halinde ambalajlanmış olmalıdır 8. Mavi renkli olmalıdır.
3	makas	2	adet	Makas (122-124, 14,5 cm, elcon) 1.14,5 cm uzunluğunda olmalıdır. 2.Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4	penset	1	2	Penset (dişli, 140-422, 13 cm, elcon) 1.13 cm uzunluğunda olmalıdır. 2.Paslanmaz çelik materyalden yapılmış olmalıdır. 3.Dişli uçlu olmalıdır.
5	tüp (mikro 1000 adet)	1	paket	Eppendorf mikrotüp (1,5 ml'lik 1000 adet/paket) 1.Steril ambalajında 500 adet olmalıdır. 2.30000g santrifüj uygulamasına dayanıklı olmalıdır. 3.Kolisinde 5000 adet paketlenmiş olmalıdır. 4.DNAse-free, RNAse-free ve Heavy metal-free olmalıdır. 5.USP VI grade polipropilen kaynaklı materyalden üretilmiş olmalıdır. 6.Konik tabanlı ve kolay açılıp kapanabilen kapağa sahip olmalıdır. 7.Endotoksin seviyesi 0,1 EU'dan düşük olmalıdır. 8.15 dk 121°C / 15psi sıcaklık ve basınçta otoklavlamaya uygun olmalıdır. 9.-80°C-121°C sıcaklık aralığında kullanılabilir olmalıdır.
6	penset1	2	adet	Penset (140-322, 13 cm, HHH) 1.13cm uzunluğunda olmalıdır. 2.Paslanmaz çelik materyalden yapılmış olmalıdır. 3.Düz uçlu olmalıdır.
7	pipet ucu	100	adet	Mikro pipet ucu (sarı)(1 paket)

03.2.6.90