



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 38509

Düzenleme Tarihi : 08.05.2017


KOD : J01-013957 /

MALZEME ADI : KONSANTRİK İĞNE ELEKTRODU 25 MM

KONSANTRİK İĞNE ELEKTRODU 25 mm

- 1.Disposable olmalıdır.
- 2.İğne uzunluğu 25 mm olmalıdır.
- 3.İğne çapı 0.3 mm (30 G) olmalıdır.
- 4.İğne kayıt alanı 0.019 mm kare olmalıdır.
- 5.Bu iğne elektroduna uygun 2 adet iğne elektrod kablosu da verilecektir.İğne elektrod kablosunun uzunluğu enaz 1 m ve EMG cihazı girişi 5 kutuplu olacaktır.

HAZIRLAYANLAR


Doç. Dr. Murat ZİNNUROĞLU
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dip.No: 12264 Dip. Tes. No: 99664

ONAYLAYAN


Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40168