

## NON STICK BİPOLAR FORCEPS KABLO ŞARTNAMESİ

1. TEKLİF EDİLECEK BİPOLAR FORCEPS KABLOSU KLİNİĞİMİZDE BULUNAN DORO MARKA BİPOLAR FORCEPSLERE UYGUN, AYNI FİRMA ÜRETİMİNDE VE ORJİNAL OLMALIDIR.
2. TEKLİF EDİLECEK BİPOLAR FORCEPS KABLO ETİLEN OKSİT VE 137 DERECE OTOKLAVDA STERİL EDİLEBİLMELİ, SİLİKONDAN İMAL EDİLMİŞ VE REUSABLE OLMALIDIR.
3. TEKLİF EDİLECEK BİPOLAR FORCEPS KABLOLARIN OPSİYONEL OLARAK DİSPOSABLE MODELLERİ BULUNMALIDIR.
4. TEKLİF EDİLECEK BİPOLAR FORCEPS KABLOLARIN 3M, 3.6M, VE 5 METRE GİBİ UZUNLUKLARDA DÜZ VE AÇILI GİRİŞLİ OLANLARI OPSİYONEL OLARAK BULUNMALIDIR.
5. KABLOLARIN ERBE, MARTİN, BERCHTOLD, AESCULAP GK55, AESCULAP GK60, VALLEYLAB, LAMİDEY, EMC MARKA KOTERLERE UYGUN MODELLERİ BULUNMALIDIR.
6. KABLOLAR İÇİN TEKLİF VEREN FİRMALAR AYNI ZAMANDA KLİNİĞİMİZDE BULUNAN DORO MARKA BİPOLAR FORCEPSLERE TEKNİK SERVİS DESTEĞİ SAĞLAYABİLMELİ, FABRİKASYON HATALARINA KARŞIGARANTİ TAAHHÜDÜ VERMELİDİR. TEKNİK SERVİS İLE İLGİLİ YETKİLİ OLDUKLARINI GÖSTEREN BELGEYİ TEKLİF EKİNE KOYMALIDIR.
7. ÜRETİCİ FİRMA GAMINDA KULLANIM ALANLARINA GÖRE DÜZ, BAYONET, BAYONET GÜİDE STOP VE KEYHOLE BAYONET GÜİDE STOP BİPOLAR FORCEPS MODELLERİ BULUNMALIDIR.
8. TEKLİF VERİLEN KABLOLAR İÇİN NUMUNE İSTENECEK VE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRME DIŞI BULUNULACAKTIR.

Doç. Dr. Nuran EMİNE  
Gazi Üniversitesi  
T.C. Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. No: 2234

Prof. Dr. Mikret Haseyin  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. No: 2234