



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 29264

Düzenleme Tarihi : 17.05.2017

KOD : J07-070320 /

MALZEME ADI : ABNORMAL KONTROL SERUM 5 ML.

Kontrol Serum Şartnamesi

1. Yüksek ve düşük kontrol aynı marka olmalıdır.
2. Roche marka Cobas Mira model kan ölçüm cihazına uygun olmalıdır.
3. Kullanılan kit ve kalibratörle uyumlu olmalıdır.
4. Lyofilize veya likit olabilir.
5. Kullanım süresi uzun olmalıdır
6. Değer çizelgesinde Cobas Mira değerleri olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Uzm. Dr. Aydin Turker
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma A.B.D.
Dış. Tesis No: 145542

Uzm. Dr. Başak BOLAYIR
Gazi Üniversitesi İç Hast. A.B.D.
Endokrinoloji ve Metabolizma A.B.D.
Dış. Tesis No: 145542

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41564

Düzenleme Tarihi : 17.05.2017

KOD : J07-075009 /

MALZEME ADI : WASH SOLÜSYONU.

HUMAN MARKA HUMASTAR 100 OTOANALİZÖRE UYGUN OLMALI

HAZIRLAYANLAR

Aydın Tuncer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji A.B.D.
Metalizasyon B.Ş.
No: 15 19 11

Uzm. Dr. Başak BOLAYIR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma A.B.D.
Dip. Teşr. No: 415642

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 34646
Düzenleme Tarihi : 17.05.2017

KOD : J07-072100 /
MALZEME ADI : GLUKOZ 4*125 ML.

Glukoz Kiti Şartnamesi

1. Glukoz kiti GOD-PAP veya hegzokinaz metodu ile çalışmalıdır.
2. Lyofilize veya likit olabilir.
3. Tek reaktif çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Linearitesi oldukça yüksek olmalıdır.
5. Kullanım süresi uzun olmalıdır.
6. HUMAN marka HUMASTAR 100 model kan ölçüm cihazına uygun olmalıdır.
7. Firma kitin cihaza adaptasyonunu yaptırmakla yükümlüdür.
8. Kitin alınacağı firma kit kullanıldığı sürece cihazın bakım ve ayarlarından sorumlu olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Uzm. Dr. Başar Bolayır
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Endokrinoloji ve Metabolizma ADI
Diy. No: 145842

ONAYLAYAN